

SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa 22

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1701849888672** din **18.12.2023**Denumirea licitației: **Reactive de laborator pe anul 2024**

Cod CPV	Lot	Denumirea	Model	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3 3 1 0 0 0 0 - 1	II	LOTUL II Reagenți pentru Analizatorul de urină de sistem închis URISIS						
	2.1	Teste pentru determinarea în urină : proteina , glucoza ,densitatea , PH, nitriți, leucocite,ghemoglobin, bilirubin,aceton, urobilin)	*Test pentru urinometru Combur-10 UX 100 teste 11544373173/38220000	Germania	RocheDiagnostic	Set a câte 100 teste	Set a câte 100 teste	CE
	2.2	Test pentru standartizare	*Control-Test M Urisys- 1100 50 teste 11379194263 // 38220000352483001	Germania	RocheDiagnostic	Set a câte 100 teste	Se ofera 2 seturi a cite 50 teste	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: V.Buga În calitate de: Product ManagerOfertantul : I M „B ec or” S RL Adresa: str.Calea Orheiului
111/5