Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziţie: ocds-b3wdp1-MD-1587559260227 din ***26.05.2020***							
Denumirea procedurii de achiziţie: **Piese p/u utilaj medical - 2020**							
Cod CPV	**Denumirea bunurilor**	**Modelul articolului**	**Ţara de origine**	**Produ-cătorul**	**Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă**	**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant**	**Standarde de referinţă**
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 16						
33100000-1	16.Maşină de anestezie Dräger Fabius Plus	HEDS-9041-J00	China	Avago Technologies	16.1.Senzor optic - p/u controlul rotaţiilor motorului electric intern de dirijare a burdufului interior.	Da, 16.1.Senzor optic - p/u controlul rotaţiilor motorului electric intern de dirijare a burdufului interior.	ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele: ***Trocin Caterina***
În calitate de: ***Administrator***
Ofertantul: ***„Health Medical Solutions" S.R.L.***
Adresa: *mun.* ***Chişinău, str. Cetatea Albă 143/1, 37***

Digitally signed by Trocin Caterina
Date: 2020.05.26 12:23:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova