

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri nr. 21019640				Data: „25” Februarie 2020		Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: "Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020"				Lot: _____		Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	33000 000-0	Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control + și -)	8.00.02.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	(latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe	ASO Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO
3	33000 000-0	Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + și -)	8.00.04.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	(latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe	RF Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO
4	33000 000-0	Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control + și -)	8.00.00.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	(latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe	CRP Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml Control)	Certificat CE, ISO
5		Reactivi și consumabile p/u Reader 300, sistem închis						
5.1	33000 000-0	Teste p/u urină 11 indice	Mission 11A	SUA	ACON	p/u Reader 300, set N100	La câștigul acestui lot vom dona un analizator de urină U500. Set= 100 teste	Certificat CE, ISO
5.2	33000 000-0	Material de control (proteină, glucoză în urină) cu 2 nivele cunoscute	U021-011	SUA	ACON	p/u Reader 300	Material de control cu 2 nivele cunoscute, pentru analizatorul de urină U500	Certificat CE, ISO
6		Reactivi și consumabile p/u Helena						
6.1	33000 000-0	Set p/u TTPA	652	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Set 4x4ml CaCl 0.02mol/l 1x16 ml, compatibil cu Helena	Set = 2 fl x 5 ml, Ca Cl 2 fl x 10 ml , compatibil cu Helena	Certificat CE, ISO
6.2	33000 000-0	Set p/u determinarea timpului de protombină, uscat, ISI 1.08	735	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Set 10fx10ml compatibil cu Helena	Set 10 fl x 10 ml compatibil cu Helena	Certificat ISO
6.3	33000 000-0	Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge prin metoda Clauss	094	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Set Reagent 3fl ml/3 ml+ diluent 1flx9 ml compatibil cu Helena	Set= Trombină liofilizată 2 fl, diluant 10,5 ml x 1 fl, plasmă de control 1 fl x 1 ml, buffer 10 ml x 1 fl, compatibil cu Helena	Certificat CE, ISO
6.4	33000 000-0	Plasma de control 4 parametri patologice	775	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Fl 2 ml compatibil cu Helena	Fl 1 ml compatibil cu Helena	Certificat ISO
6.5	33000 000-0	Plasma de control 4 parametri normal	774	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Fl 2 ml compatibil cu Helena	Fl 1 ml compatibil cu Helena	Certificat ISO
6.6	33000 000-0	Cuvă p/u coagulometru	317077	Italia	Syntesys	Set 1000 buc compatibil cu Helena	Set 1000 buc compatibil cu Helena	Certificat CE, ISO
8	33000 000-0	Expres troponina I c	CG2001	CHINA	Getein Biotech		Expres troponina I	Certificat CE, ISO
9	33000 000-0	Set expres teste anticorpii Helicobacter pilori IgG	71024	SUA	Lumiquick		Set expres teste anticorpii Helicobacter pilori	Certificat CE, ISO
10	33000 000-0	Anti micoplasma homis IgG	10.02	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul+ și –	Certificat ISO
11	33000 000-0	Anti hlamidia trahomatis IgG	04.03	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul+ și –	Certificat ISO
12	33000 000-0	CMV IgG	I231-1131	SUA	ACON	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,calibratori.	Certificat CE, ISO
13	33000 000-0	T3	I231-3041	SUA	ACON	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,calibratori.	Certificat CE, ISO
14	33000 000-0	T4	I231-3021	SUA	ACON	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,calibratori.	Certificat CE, ISO
15	33000 000-0	TSH	I231-3011	SUA	ACON	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,calibratori.	Certificat CE, ISO
16	33000 000-0	Anti TPO	K131	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul și calibratori.	Certificat CE, ISO

17	33000 000-0	Anti Tg	K132	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul și calibratori.	Certificat CE, ISO
18	33000 000-0	HBsAg	I231-1021	SUA	ACON	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul+ și –	Certificat ISO
19	33000 000-0	Anti HCV sumar	I231-1031	SUA	ACON	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul+ și –	Certificat ISO
20	33000 000-0	Anti Hbcor sumar	I231-1081	SUA	ACON	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul+ și –	Certificat ISO
21	33000 000-0	Anti HAV IgM	02.15	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **, controlul+ și –	Certificat ISO
23	33000 000-0	Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale	72001	SUA	Lumiquick		Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale	Certificat CE, ISO
25	33000 000-0	Expres teste-card p/u 5 markeri hepatitei virale B	71014	SUA	Lumiquick		Expres teste-card p/u 5 markeri hepatitei virale B	Certificat ISO
30	33000 000-0	Container p/u urină cu capac, 100ml	331162	Italia	Syntesys		Container p/u urină cu capac, 120ml	Certificat CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9