

Specificații tehnice (F4.1)

Anexa nr. 22 La Documentația standard

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1653565745673	Data: 17.06.2022	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale - 2022. (repetat)	Lot: 9.	Pagina: _1_ din _2_

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Poziția 9.1: Compresor BOTTARINI KS-124					
9.1	50421 000-2	Compresor BOTTARINI KS-124	–Schimbare ulei tip AEON 3000 la urmatoarele temperaturi ale compresurului (> 93 °C la 1000 h; 88-92 °C la 2000 h; 70-88 °C la 3000 h (ulei inclus) x2 ori/an. –Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x2 ori/an. –Schimbare filtru aer (filtru inclus) x2 ori/an. –Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x1 ori/an. –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate. – <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</i> – <i>înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	–Schimbare ulei tip AEON 3000 la urmatoarele temperaturi ale compresurului (> 93 °C la 1000 h; 88-92 °C la 2000 h; 70-88 °C la 3000 h (ulei inclus) x2 ori/an. –Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x2 ori/an. –Schimbare filtru aer (filtru inclus) x2 ori/an. –Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x1 ori/an. –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate. – <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</i> – <i>înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	CE
Poziția 9.2: Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550					
9.2	50421 000-2	Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</i> – <i>înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de</i>	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</i> – <i>înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de</i>	CE

			<i>program.</i>	<i>program..</i>	
Poziția 8.3: Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150					
9.3	50421 000-2	Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150	–Demontare, verificare și curatare filtru aer tip M., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip S., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip A., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer pre_uscător., Schimbare noi x1 ori/an. –Curățare radiator usător cu jet de aer comprimat x1 ori/an. –Schimb valvă electropneumatică de evacuare condens (1 buc.)_la necesitate. – <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</i> – <i>înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	–Demontare, verificare și curatare filtru aer tip M., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip S., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip A., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer pre_uscător., Schimbare noi x1 ori/an. –Curățare radiator usător cu jet de aer comprimat x1 ori/an. –Schimb valvă electropneumatică de evacuare condens (1 buc.)_la necesitate. – <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</i> – <i>înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	CE

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: MolDan- Service SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16