



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din "15" Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21061149 **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 05.08.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022.

Cod CPV	Denumirea modelului bunului/serviciului	Modelul articolului	Producătorul/Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
3310000-1	Lot 1. Mașina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	APUSX3+ CETUSX12	Axcentmedical Germania	Mașină de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O ₂ , Aer Display mașina de anestezie ≥12", color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice sau mecanic gaz O ₂ , Air gama, L/min ≥ 0 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da	Mașină de anestezie (caracteristici medii) . DA Cod 110120 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical . DA Parametru Specificația Prize de gaz O ₂ , Aer . DA Display mașina de anestezie ≥12", color TFT sau LCD . DA touch screen . DA Debitmetre tipul electronice sau mecanic . DA gaz O ₂ , Air. DA gama, L/min ≥ 0 – 15 . DA Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran . DA Sevofluran . DA Halothan . DA	CE Declaratie de Conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Sevofluran da Halothan da Enfluran da Desfluran da număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da Izofluran da Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic da Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS volumul Tidal, ml 20-1500 frecvența respirației/minut 5 - 100 fluxul inspirator, L/min $\geq 3-40$ raportul I:E minim 4:1 la 1:4 pauză de inspirație da limita de presiune, cmH2O ajustabilă, $\geq 0-70$ PEEP, cmH2O $\geq 0-30$ Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Sistem de management al consumului de agent anestezic da	Enfluran . DA Desfluran . DA număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități . DA Izofluran . DA Sevofluran . DA interlock . DA sistem de absorbție . DA Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic . DA Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal . DA moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS . DA volumul Tidal, ml 20-1500 . DA frecvența respirației/minut 5 – 100 . DA fluxul inspirator, L/min $\geq 3-40$. DA raportul I:E minim 4:1 la 1:4 . DA pauză de inspirație . DA limita de presiune, cmH2O ajustabilă, $\geq 0-70$. DA PEEP, cmH2O $\geq 0-30$. DA Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor . DA AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) . DA Sistem de management al consumului de agent anestezic . DA Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de încălzire a amestecului gazos . DA port auxiliar ieșire a amestecului gazos . DA Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer . DA Alarmă de înaltă presiune . DA Alarma presiune subatmosferică . DA Continuarea alarma presiune . DA	
--	--	--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de încălzire a amestecului gazos da port auxiliar ieșire a amestecului gazos da Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da Alarma presiune subatmosferică da Continuarea alarma presiune da Presiune scăzută / apnee da Alte alarme de presiune da Volumul expirator / flux da Volumul minut, l/min da Concentrația de O2 Alarmă apnea da Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2 Alarmă apnee da Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran Auto indentificarea gazelor anestezice da Alarmă concentrare agent da Determinarea și afișarea valorii MAC da Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie da determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici da Celulă determinare O2 tip paramagnetică/ galvanică da Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥ 12 inch, color TFT sau LCD da touch screen da monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale da braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie da imprimantă termică încorporată da	Presiune scăzută / apnee . DA Alte alarme de presiune . DA Volumul expirator / flux . DA Volumul minut, l/min . DA Concentrația de O2 Alarmă apnea . DA Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2 Alarmă apnee . DA Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran . DA Auto indentificarea gazelor anestezice . DA Alarmă concentrare agent . DA Determinarea și afișarea valorii MAC . DA Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie . DA MASIMO IRMA AX+ determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici . DA Celulă determinare O2 tip paramagnetică/ galvanică . DA Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥ 12 inch, color TFT sau LCD . DA CETUS X12 touch screen . DA monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale . DA braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie . DA imprimantă termică încorporată . DA baterie internă reincărcabilă . DA Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă . DA traseul ECG . DA analiza și măsurarea segmentui ST . DA determinarea cel puțin 20 de aritmii . DA Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia . DA valoarea SpO2 . DA	
--	--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			baterie internă reîncărcabilă da Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio- grama (ECG) frecvența cardiacă da traseul ECG da analiza și măsurarea segmentui ST da determinarea cel puțin 20 de aritmii da Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia da valoarea SpO2 da indicile de perfuzie da Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) da Respirația (impedanța transtoracică) da Temperatura da Tensiune sanguină invazivă (IBP) da Alarme prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 V $\geq$ 3 buc da Baterie internă reîncărcabilă da autonomie de lucru $\geq$ 2h da Sertar pentru depozitare $\geq$ 3 buc da Frână centralizată pentru fixarea aparatului da Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil $\geq$ 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil $\geq$ 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil $\geq$ 2 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare $\geq$ 200 buc.	indicile de perfuzie . DA Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) . DA Respirația (impedanța transtoracică) . DA Temperatura . DA Tensiune sanguină invazivă (IBP) . DA Alarme prioritare 3 . DA Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz . DA Prize auxiliare 220 V $\geq$ 3 buc . DA Baterie internă reîncărcabilă . DA autonomie de lucru $\geq$ 2h . DA Sertar pentru depozitare 3 buc . DA Frână centralizată pentru fixarea aparatului . DA Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar . DA Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. . DA Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. . DA Circuit de ventilare Adult, reutilizabil 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil 2 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare 200 buc. Accesorii modul de gaz Adult 2 set. Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire 1 buc. Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unica utilizare 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 2 buc. Manșete NIBP Adult, reutilizabilă 2 buc. Adult mare, reutilizabilă 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil 1 buc. Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil 1 buc.	
--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set. Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 1 buc. Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire ≥ 1 buc. Electrozi ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Manşete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc. Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 5 buc.	Senzor IBP Adult, unica utilizare 5 buc.	
3310000-1	<u>Lot 2. Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130</u>	APUSX3+ CETUSX15	Axcntmedical, Germania	Maşină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130 Descriere Maşina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice şi să asigure respiraţia artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificaţia Prize de gaz O2, Aer Display maşina de anestezie $\geq 15"$, color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice gaz O2, Air gama, L/min $\geq 0 - 15$ Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da Sevofluran da Halothan da	Maşină de anestezie (caracteristici avansate) . DA Cod 110130 Descriere Maşina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice şi să asigure respiraţia artificială a pacientului în timpul actului chirurgical . DA Parametru Specificaţia Prize de gaz O2, Aer. DA Display maşina de anestezie $\geq 15"$, color TFT sau LCD. DA touch screen. DA Debitmetre tipul electronice. DA gaz O2, Air. DA gama, L/min $\geq 0 - 15$. DA Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran . DA Sevofluran . DA Halothan . DA Enfluran . DA Desfluran . DA	CE Declaratie de Conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Enfluran da Desfluran da număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da Izofluran da Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic da Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, PSV, SIMV, PS mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) da volumul Tidal, ml 5-1500 frecvența respirației/minut 5 - 100 fluxul inspirator, L/min $\geq 3-40$ raportul I:E minim 4:1 la 1:8 pauză de inspirație da limita de presiune, cmH2O ajustabilă, $\geq 0-70$ PEEP, cmH2O $\geq 0-30$ Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Sistem de management al consumului de agent anestezic da	număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități . DA Izofluran . DA Sevofluran . DA interlock . DA sistem de absorbție . DA Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic . DA Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal . DA moduri de ventilație Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, PSV, SIMV, PS . DA mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) . DA volumul Tidal, ml 5-1500 . DA frecvența respirației/minut 5 – 100 . DA fluxul inspirator, L/min $\geq 3-40$ raportul I:E minim 4:1 la 1:8 . DA pauză de inspirație . DA limita de presiune, cmH2O ajustabilă, $\geq 0-70$. DA PEEP, cmH2O $\geq 0-30$. DA Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor. DA AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) . DA Sistem de management al consumului de agent anestezic . DA Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu . DA Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de încălzire a amestecului gazos . DA port auxiliar ieșire a amestecului gazos . DA Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer. DA Alarmă de înaltă presiune . DA Alarma presiune subatmosferică . DA Continuarea alarma presiune . DA	
--	--	--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu da Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de încălzire a amestecului gazos da port auxiliar ieșire a amestecului gazos da Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da Alarma presiune subatmosferică da Continuarea alarma presiune da Presiune scăzută / apnee da Alte alarme de presiune da Volumul expirator / flux da Volumul minut, l/min da Concentrația de O2 Alarmă apnea da Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2 alarmă apnee da Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran Auto indentificarea gazelor anestezice da Alarmă concentrare agent da Determinarea și afișarea valorii MAC da spirometria da Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie da determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici da Celulă determinare O2 tip paramagnetic da Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display $\geq 15"$, color TFT sau LCD da touch screen da monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale da	Presiune scăzută / apnee . DA Alte alarme de presiune . DA Volumul expirator / flux . DA Volumul minut, l/min . DA Concentrația de O2 Alarmă apnea . DA Timp de răspuns, sec <30. DA Concentrația de CO2 alarmă apnee . DA Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran . DA Auto indentificarea gazelor anestezice . DA Alarmă concentrare agent . DA Determinarea și afișarea valorii MAC . DA spirometria . DA Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie . DA MASIMO ISA OR+ determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici . DA Celulă determinare O2 tip paramagnetic . DA Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display $\geq 15"$, color TFT sau LCD . DA CETUS X15 touch screen . DA monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale . DA braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie . DA imprimantă termică încorporată . DA baterie internă reîncărcabilă . DA interfață de comunicare cu altele . DA Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă . DA traseul ECG . DA analiza și măsurarea segmentui ST . DA determinarea cel puțin 20 de aritmii . DA	
--	--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie da imprimantă termică încorporată da baterie internă reîncărcabilă da interfață de comunicare cu altele da Modulele hemodinamice incluse Electro-cardiogramă (ECG) frecvența cardiacă da traseul ECG da analiza și măsurarea segmentului ST da determinarea cel puțin 20 de aritmii da Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia da valoarea SpO2 da indicile de perfuzie da Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) da Respirația (impedanța transtoracică) da Temperatura pe 2 canale da Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale da Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectivă a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/NMT) da Alarmer prioritar 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 v $\geq$ 3 buc da Baterie internă reîncărcabilă da autonomie de lucru $\geq$ 1.5h da Sertar pentru depozitare $\geq$ 3 buc da Frînă centralizată pentru fixarea aparatului da Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii	Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia . DA valoarea SpO2 . DA indicile de perfuzie . DA Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) . DA Respirația (impedanța transtoracică) . DA Temperatura pe 2 canale . DA Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale . DA Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectivă a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) . DA STIMPOD NMS 450X Alarmer prioritar 3. DA Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz. DA Prize auxiliare 220 v $\geq$ 3 buc . DA Baterie internă reîncărcabilă . DA autonomie de lucru $\geq$ 1.5h . DA Sertar pentru depozitare 3 buc . DA Frînă centralizată pentru fixarea aparatului . DA Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar . DA Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. . DA Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. . DA Circuit de ventilare Adult, reutilizabil 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil 2 buc. Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 200 buc. Accesorii modul de gaz Adult 2 set. Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire 2 buc. Senzor ECG Adult, unica utilizare 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 2 Buc.	
--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 200 buc. Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set. Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2 buc. Senzor ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 Buc. Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc. Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 10 buc. Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc.	Manșete NIBP Adult, reutilizabilă 2 buc. Adult mare, reutilizabilă 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil 2 buc. Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil 1 buc. Senzor IBP Adult, unica utilizare 10 buc. Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult 5 buc.	
3310000-1	<u>Lot 9 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220</u>	STARLED 3 NX+TW+Sync	ACEM, Italia	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) . DA Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan . DA	CE, ISO

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminii da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da Diametrul min. 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în câmpul operator $<1^\circ\text{C}$ Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m	Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) . DA Numărul de sateliți 1 . DA Temperatura culorii 4,500 ±500 K . DA reglabilă . DA, 3700K-4700K Reglarea intensității luminii . DA Indexul de culoare ≥ 95 . DA,95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil . DA Diametrul min. 24-34 cm . DA, maxim 33 -45 cm Adâncimea ≥ 80 cm . DA Distanța de lucru 0.7-1.5 m . DA Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux . DA,160 000 lux. Rotația 270 grade . DA Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 . DA Cresterea temperaturii în câmpul operator $<1^\circ\text{C}$. DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz . DA Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h . DA Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Minere detașabile sterilizabile . DA Panou de control integrat în lampa principal . DA Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video . DA Înălțimea podului 3-4 m . DA	
3310000-1	<u>Lot 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230</u>	STARLED 3 NX+3NX	ACEM, Italia	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) . DA Cod 130230 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți . DA	CE,ISO

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul min. 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 60 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) . DA Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K . DA Indexul de culoare > 95 . DA Dimensiunea câmpului, cm Diametrul min. 24-34 cm . DA, maxim 33-45 cm Adâncimea ≥ 80 cm . DA Distanța de lucru 0.7-1.5 m . DA Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, . DA, 130000 lux satelitul nr.2 ≥ 60 000 lux . DA, 130000 lux Rotația 270 grade . DA Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 . DA Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C . DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz . DA Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mînere . DA detașabile sterilizabile . DA Panou de control integrat . DA în lampa principal . DA Înălțimea podului 3-4 m . DA	
3310000-1	<u>Lot 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410</u>	HeartSave 6	Primedic, Germania	Defibrilator extern, automat Cod 130410 Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarce automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de	Defibrilator extern, automat . DA Cod 130410 Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarce automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri –	CE, ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rând în hol, secția de internare. Parametrul Specificația Defibrilator Tip automat Ghidare vocală în română sau rusă da Energia maximală de descărcare ≥ 300 J Categorie de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric da Forma de undă la ieșire bifazică Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Ritm pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac da Erori tehnice da Starea tehnică de funcționare a dispozitivului da Analiza semnalului ECG Automată da Timpul de analiză < 15 s Autotestare zilnică, săptămînal, lunar da Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap da Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită da Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria da Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă	personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rând în hol, secția de internare. . DA Parametrul Specificația Defibrilator Tip automat . DA Ghidare vocală în română sau rusă . DA Energia maximală de descărcare ≥ 300 J . DA Categorie de pacient: Adult și Pediatric . DA Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric . DA Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric . DA Forma de undă la ieșire bifazică . DA Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) . DA Ritm pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) . DA Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac da Erori tehnice . DA Starea tehnică de funcționare a dispozitivului . DA Analiza semnalului ECG Automată . DA Timpul de analiză 7-12 sec . DA Autotestare zilnică, săptămînal, lunar . DA Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap da Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 6 s . DA Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită . DA Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria . DA Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă . DA Greutate 3 kg . DA Accesorii	
--	--	--	--	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Greutate ≤ 3 kg Accesorii Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență da Ușă frontală transparentă dotat cu mâner da Simbolul international și inscripția AED pe cutie da	Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului . DA Boxă de urgență . DA (cod. 97787) Ușă frontală transparentă dotat cu mâner . DA Simbolul international și inscripția AED pe cutie . DA	
3310000-1	Lot 55 Hota cu flux laminar Cod 250100	BIO100 A2	Alpina, Polonia	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclue clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA	Hotă cu flux laminar . DA Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclue clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. . DA Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 . DA Control controlat de microprocesor . DA sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat . DA control automat al volumului de flux prezentat . DA Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic . DA Filtre HEPA 14 . DA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 . DA	Declaratie de Conformitate, ISO

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10⁵ Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării da Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze	Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux . DA, 1500lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală . DA Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB . DA Flux aer mai mult de 0.4 m/s . DA Factorul de protecție (Apf) 1.5 10⁵ . DA Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz . DA Alarmer Acustică . DA Vizuală . DA Capac de închidere a exhaustării da . DA Set de livrare Hota cu filtre . DA Lampă de iluminare lampă UV . DA suport pentru amplasarea hotei . DA robinet pentru vacuum . DA robinet pentru gaze. DA	
3310000-1	<u>Lot 66. Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110</u>	Phoenix Blue LED PRINTER 24L	MedicalTrading S.R.L. Italia	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B . DA Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. . DA Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B . DA Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox . DA Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni . DA	CE ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire da Securitate la suprapresiune da Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă da Control Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă da Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da Imprimanta da Afişaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum da Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C	Securitate la supraîncălzire . DA Securitate la suprapresiune . DA Alarmer acustică vizuală . DA Durata sterilizării reglabilă . DA Control Microprocesor . DA Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă . DA Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare . DA Suprafața exterioară să nu se încălzească . DA Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit . DA Imprimanta . DA Afişaj alfanumeric DA Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă . DA Ciclu de vacuum . DA Pre şi post vacuum . DA , selectabil . DA 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata . DA Sistem de uscare . DA Facilități de setare timp . DA temperatura . DA eliberare automată a vaporilor . DA racire rapidă . DA Volum interior 24 L Precizie timp de sterilizare 1 min . DA Rafturi da, min. 3 tavi . DA Regimuri de sterilizare - 12 regimuri . DA Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C. DA Gama de temperatură 105 - 134 grade C . DA Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare . DA Înregistrator date . DA Tip date data . DA timp . DA	
--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Gama de temperatură 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	temperatura . DA presiune . DA Capacitatea rezervorului de apă - 4.6 litri. DA Alimentare 220V, 50 Hz . DA	
3310000-1	<u>Lot 68. Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220</u>	ADELA-2CKK	SUMER, Turcia	Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (caracteristici avansate) Cod 270220 Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși Construcția interioară, camera de sterilizare, camașa, generatorul din oțel inox AISI 316L Construcția Exterioară, carcasa, părțile laterale din oțel inox AISI 304 Camera de sterilizare: dreptunghiulară da	Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (caracteristici avansate) . DA Cod 270220 Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. . DA Construcția interioară este din oțel . DA Parametrul Specificația Încărcare orizontală . DA Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși . DA Construcția interioară, camera de sterilizare, camașa, generatorul din oțel inox AISI 316L . DA Construcția Exterioară, carcasa, părțile laterale din oțel inox AISI 304 . DA Camera de sterilizare: dreptunghiulară . DA Sistem vertical automat pneumatic de deschidere a ușilor . DA	CE, ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Sistem vertical automat pneumatic de deschidere a ușilor da Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon cu ajutorul sistemului pneumatic și de vacuum da Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului da Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern da Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator da Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit da Dotat cu pompă de vacuum pe bază de apă, integrat da Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat da Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj da Valve interne, pneumatice din inox da Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru da Securitate la supraîncălzire da Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de sterilizare da Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa rămâne blocată pînă la scaderea sfîrșitului procesului de sterilizare da Alarmer acustică, vizuală Alarmer: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare da Durata de sterilizare reglabilă da	Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon cu ajutorul sistemului pneumatic și de vacuum . DA Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului . DA Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern . DA Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator . DA Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit . DA Dotat cu pompă de vacuum pe bază de apă, integrat . DA Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat . DA Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj . DA Valve interne, pneumatice din inox . DA Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru . DA Securitate la supraîncălzire . DA Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de sterilizare . DA Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă . DA Ușa rămâne blocată pînă la scaderea sfîrșitului procesului de sterilizare . DA Alarmer acustică, vizuală . DA Alarmer: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare . DA Durata de sterilizare reglabilă . DA Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe . DA Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥ 10 programe . DA	
--	--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥ 10 programe Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de defecțiuni da Limbajul interfeței și meniului română sau rusă Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Teste susținute: testul de vacuum (scurgere) și testul Bowie-Dick da Control electronic Microprocesor Senzori electronici de presiune independente "pentru generator, camașa și camera de sterilizare" Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal da Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran tactil LCD Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune camerei (digital) presiune cămașa (digital) presiune generator (digital) graficile a ciclului de sterilizare Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare cu vacuum Facilități de setare timp temperatura	Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de defecțiuni . DA Limbajul interfeței și meniului română sau rusă . DA, ambele Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit . DA Teste susținute: testul de vacuum (scurgere) și testul Bowie-Dick . DA Control electronic Microprocesor . DA Senzori electronici de presiune independente "pentru generator, camașa și camera de sterilizare" . DA Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal . DA Suprafata exterioara să nu se încălzească. DA Imprimantă termică . DA Monitorizarea procesului pe ecran tactil LCD. DA Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare. DA presiune camerei (digital) . DA presiune cămașa (digital) . DA presiune generator (digital) . DA graficile a ciclului de sterilizare. DA Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă . DA Ciclu de vacuum . DA Pre și post vacuum selectabil . DA Sistem de uscare cu vacuum . DA Facilități de setare timp . DA temperatura . DA. eliberare automată a vaporilor. DA imprimarea rezultatelor . DA Volum interior - . DA 250 litri Suport cu rafturi compatibil pentru amplasarea instrumentelor și casoletelor ≥ 2 suporturi datașabile . DA	
--	--	--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				eliberare automată a vaporilor imprimarea rezultatelor Volum interior ≥ 200 litri Suport cu rafturi compatibil pentru amplasarea instrumentelor și cazoletelor ≥ 2 suporturi datașabile rafturi min. 2 buc. la fiecare suport Cărucior pentru includerea / scoterea și transportarea suportului cu rafturi ≥ 2 buc. Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 121 -134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da Sistem de osmoză inversă compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: minim 3 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrană și sistem de monitorizare a calității apei da, sa se indice modelul oferit Sistemul va include compresor de aer da, fără ulei Panoul electric da Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare 380V, 50 Hz Consumabile și accesorii Garnitură ușă 4 buc. HEPA filtru 2 buc.	rafturi min. 2 buc. la fiecare suport . DA Cărucior pentru includerea / scoterea și transportarea suportului cu rafturi ≥ 2 buc. . DA Precizie timp de sterilizare ± 1 min. . DA Gama de temperatură: 121 -134 grade C . DA,115-134°C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$. DA Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare . DA Sistem de osmoză inversă compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: minim 3 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrană și sistem de monitorizare a calității apei da, sa se indice modelul oferit. DA, ANG-ALFA-140 Sistemul va include compresor de aer da, fără ulei . DA Panoul electric . DA Înregistrator date . DA Tip date imprimate pe hirtie data . DA timp . DA temperatura . DA presiune . DA Alimentare 380V, 50 Hz . DA Consumabile și accesorii Garnitură ușă 4 buc. HEPA filtru 2 buc. . DA Lubrifiant garnitură 2 buc. . DA Capcană de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată) . DA Hirtie imprimantă 30 buc. . DA	
--	--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Lubrifcator garnitură 2 buc. Capcană de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată) Hirtie imprimantă 30 buc.		
3310000-1	<u>Lot 69 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260</u>	AWD655-8L	AT-OS, Italia	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260 Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților da Volumul camerei ≥ 150 L Carcasa exterioră din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent da Pompa de apă, internă da Pompa de aer, internă da Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ$ C da Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului da Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor da	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L . DA Cod 270260 Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil . DA Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților da . DA Volumul camerei ≥ 150 L. DA, 165 Litri Carcasa exterioră din oțel inoxidabil AISI 304 . DA Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L . DA Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent . DA Pompa de apă, internă da . DA Pompa de aer, internă da . DA Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ$ C . DA, 95 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului . DA Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor . DA Numărul de uși 1 unitate . DA Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil . DA	CE, ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil da Iluminare internă a camerei da Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color da Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da Limbajul interfeței și meniului română și rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție da Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da Imprimantă termică, integrată da Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului da Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului da Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă da Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor da Alarmer sonore și vizuale	Iluminare internă a camerei . DA Programe de dezinfecție implicite Min. 10 . DA Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 . DA, 40 programe. Ecran LCD, color . DA Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului . DA Limbajul interfeței și meniului română și rusă . DA Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție . DA Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului . DA Imprimantă termică, integrată . DA Temperatura de uscare ≥ 125 grade . DA Filtrarea aerului HEPA filtru . DA Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului . DA Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului . DA Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități . DA, 4 unitati Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă . DA Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor . DA Alarmer sonore și vizuale . DA Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cit și acțiunilor de remediere . DA Alarma de finalizare a ciclului . DA Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz . DA Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4	
--	--	--	--	--	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cât și acțiunilor de remediere da Alarma de finalizare a ciclului da Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri	anivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit . DA, WATER SOFT. C/H + WATER D Suport pentru mașina de spălat 1 buc. . DA Rafturi de încărcare 2 buc. . DA Coșuri pentru instrumente. 5. DA Hîrtie imprimantă 30 buc. . DA Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri . DA Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri . DA	
3310000-1	<u>Lot 78. Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420</u>	Gandy-45	Nuova S.B. System S.r.l. Italia	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420 Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația Configuratie Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor . DA Cod 290420 Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. . DA Parametru Specificația Configuratie Static pe podea sau masă . DA Endoscoape per ciclu - 1 . DA Ecran LCD . DA Numărul de canale de conectare - 6 . DA	EEC Directive 93/42 UNI EN ISO 14937:2009 Standard ISO 15883

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de procurare da Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat da Monitorizarea nivelului de agenți da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferți Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Resorvor, l ≥ 9 litri Detectarea automată a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfectie da Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma Automată Stand pe roți da Compresor de aer da Autodezinfectare da Sistem de filtrare a apei da	Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / . DA Spalare . DA . DA 22 minute. Dezinfectarea/ Sterilizarea . DA Clătire . DA Uscare canalelor cu aer sau cu alcool . DA, Aer steril În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de procurare . DA Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat . DA Monitorizarea nivelului de agenți . DA Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus . DA Fujifilm . DA Pentax . DA Storz . DA Alți producători indicați producătorii oferți . DA Wolf Tipuri agenți antimicrobieni Chimici . DA, PAA (Peracetic Acid) Resorvor, l ≥ 9 litri . DA Detectarea automată a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfectie . DA Variația de temperatură . DA (5 °C - 40 °C) Dozarea automată a agenților de dezinfectare . DA Dozarea automată a agenților de curățare . DA Alarma Automată . DA Stand pe roți . DA Compresor de aer . DA Autodezinfectare . DA Sistem de filtrare a apei . DA Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) . DA	
--	--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapă a ciclului) da Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 da Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferiți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului da Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri	Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 . DA Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus . DA Fujifilm . DA Pentax . DA Storz . DA Alți producători indicați producătorii oferiți . DA Wolf Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului . DA Soluție de spălare . DA 100 cicluri Soluție de dezinfectare . DA 100 cicluri	
3310000-1	<u>Lot 108. Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760</u>	DEKO2	BNT , Turcia	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760 Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în condiții optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă. Parametrul Specificația Nr. de locuri 2 Intervalul de temperatură 0°C -+10°C Control temperatură programabilă Afișaj temperatură alfanumeric Structura cutiei Intern/extern oțel inox (AISI 304) Izolare poliuretan	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) . DA Cod 140760 Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în condiții optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă. . DA Parametrul Specificația Nr. de locuri 2 . DA Intervalul de temperatură 0°C -+10°C . DA Control temperatură programabilă . DA Afișaj temperatură alfanumeric . DA Structura cutiei Intern/extern oțel inox (AISI 304) . DA Izolare poliuretan . DA Grosime izolare ≥ 80 mm . DA	CE,ISO

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Grosime izolare ≥ 80 mm Uși Tip închidere ermetic Sertar Material oțel inox Glisant da Tip decongelare automat Orificiu drenaj da Sistem de semnalizare Sonor da Vizual da Iluminare interior da Sistem ventilare internă da	Uși Tip închidere ermetic . DA Sertar Material oțel inox . DA Glisant . DA Tip decongelare automat . DA Orificiu drenaj . DA Sistem de semnalizare Sonor . DA Vizual . DA Iluminare interior . DA Sistem ventilare internă . DA	
3310000-1	Lot109. Lampa cu fanta Cod 170100	2ZL Slit Lamp	Takagi, Japonia	Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥ 100 Deplasare în adâncime, mm ≥ 100 Deplasare în înălțime, mm ≥ 30	Lampă cu fantă . DA Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. . DA Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0-10 minimum, ajustabilă . DA,0-14mm Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă . DA, 0-14 mm Rotirea, grade 0-90 . DA, 0-180 grade (0, 45, 90, 135, 180) Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură . DA Microscopul Tipul Binocular . DA Mărire totală 10x minimum . DA, 10x/ 16x / 25x Metoda de schimbare a măririi Să se indice . DA, manual Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim . DA Gama de mișcare Deplasare laterală, mm. DA, 105mm Deplasare în adâncime, mm. DA, 105 mm Deplasare în înălțime, mm. DA, 30 mm Reglare fină de la joystick, mm. DA, 15 mm Reglarea înălțimii bărbiei, mm . DA, 95 mm Alimentarea, 220 V, 50 Hz . DA	Declaratie de Conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Reglare fină de la joystick, mm $\geq \pm 10$ Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard Bec 2 buc.	Accesorii Setul standard . DA Bec 2 buc. . DA	
3310000-1	<u>Lot112.</u> <u>Electroencefalograf</u> <u>pentru</u> <u>monitorizarea</u> <u>EEG continua Cod</u> <u>260120</u>	TruScan EEG+ SomniPro PSG	Deymed, Republica Ceha	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Cod 260120 Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și prindează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG (Polysomnography) da LTM (Long Term Monitoring) da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale EEG ≥ 32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă. . DA Cod 260120 Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și prindează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. . . DA Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG . . DA Monitorizarea EEG . . DA, TS-32LTS PSG (Polysomnography) . . DA, SP-35LTS LTM (Long Term Monitoring) . . DA, TS-DAYV+TS-CM03 Electroencefalografia . . DA Altele . . DA Numărul de canale EEG ≥ 32 . . DA Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 . . DA Gama frecvenței de lucru, Hz >200 . . DA Display Funcția freez . . DA Afișare derivații ≥ 32 . . DA Dimensiuni ≥ 20 inci. . DA, 24 inch EEG în timp real . . DA Verificarea impedenței electrodului Automată . . DA Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz . . DA Impedanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 . . DA Calibrarea automată . . DA Rata de calibrare selectată de utilizator . . DA	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Alarmer da Video digital LTM da minim. SD da Sincronizarea cu EEG da Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Fotostimulator da Interfașă de ieșire da I/O auxiliare da SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; da Printer da Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient da Alimentare 220 V, 50 Hz da	Detectarea și interpretarea datelor . . DA Alarmer . . DA Video digital LTM . . DA, TS-DAYV minim. SD . . DA Sincronizarea cu EEG . . DA Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h . . DA Fotostimulator . . DA, TS-FC1UIC Interfașă de ieșire . . DA I/O auxiliare . . DA SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență . . DA , TS-FC1UIC Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; . . DA Printer . . DA Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient . . DA Afișări Afișare oră, data . . DA Afișare ID pacient . . DA Alimentare 220 V, 50 Hz . . DA	
3310000-1	<u>Lot 120 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300</u>	iM8	EDAN, China	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Pediatric, nou-născut da	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) . DA Cod 260300 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. . DA Parametrul Specificația Tip pacient Pediatric, nou-născut . DA Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED . DA	CE, ISO



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED da "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișati Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a unei ST Trendingul ST da Media în analiza segmetului ST da Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" da I, II, III da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da "Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 135 mmHg	"Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim. DA Parametri afișati Semnal ECG . DA Pulsul. DA SpO2 . DA Fotopletismograma . DA Presiunea sanguină neinvaziv . DA Temperatura . DA Analiza automată a unei ST Trendingul ST da Media în . analiza segmetului ST . DA Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" . DA I, II, III . DA Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV . DA Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB . DA Rata cardiacă 15 - 350 bpm . DA Detectarea aritmiei . DA Detectarea pacemaker . DA Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm . DA "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" . DA Modul SpO2. DA Diapazonul 1 - 100% . DA Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % . DA Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm . DA Monitorizarea pletismogramei . DA "Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 135 mmHg . DA Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. . DA "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" . DA	
--	--	--	--	--	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient nou-născut" 150 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da	Metoda de măsurare oscilometrică . DA "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient nou-născut" 150 mmHg . DA Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C . DA Rezoluția 0.1 °C . DA Număr de senzori 1 unit. . DA Protocoale de lucru preprogramate . DA Protocoale de lucru setate de utilizator . DA Memorie internă . DA Trendingul evenimentelor . DA Arhivarea datelor . DA Imprimantă Încorporată . DA Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s. DA Înscriere continuă . DA Preprogramate . DA Personalizate . DA Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz . DA Baterie internă . DA Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h . DA Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. . DA Alarma Vizuala, sonora . DA Manjetă deconectată . DA Manjetă defect . DA Senzor SpO2 deconectat . DA Senzor SpO2 defect . DA Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită . DA Nivelul baterie scăzut . DA Alarime rata cardiacă scăzuta/mărită . DA Lipsă sursă externă de alimentare . DA Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore . DA Ajustarea nivelului de alarmă . DA	
--	--	--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG neonatal, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil 2 buc. "Senzor Temperatură cu fixare pe piele" neonatal, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP "neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5, reutilizabil (1set/5buc)" 2 set. Hîrtie termică 5 buc. Troleu pe roțile Indicații modelul oferit model min. 5 roțile da min. 2 roțile cu frînă da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da "sistem de fixare a dispozitivului de suport" da	Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. . DA Electrozi ECG neonatal, unică utilizare 300 buc. . DA Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil 2 buc. . DA "Senzor Temperatură cu fixare pe piele" neonatal, reutilizabil 1 buc. . DA Manjete NIBP "neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5, reutilizabil (1set/5buc)" 2 set. . DA Hîrtie termică 5 buc. . DA Troleu pe roțile Indicații modelul oferit model . DA , MT207 min. 5 roțile . DA min. 2 roțile cu frînă . DA coș pentru accesorii . DA mîner pentru transportare . DA "sistem de fixare a dispozitivului de suport" . DA	
3310000-1	<u>Lot123</u> <u>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430</u>	H100B	EDAN, China	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil da Tip pacient Adult, pediatric da Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤2 % Pulsul 30 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 da	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric . DA Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. . DA Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil . DA Tip pacient Adult, pediatric . DA Interval de măsurare Diapazon 0-100% . DA Rata de măsurare 80 - 100, ≤2 % . DA Pulsul 30 - 250 bpm, ± 2% . DA Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm . DA Afișaj SPO2 . DA	CE,ISO

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Valoare pulsului da Puterea semnalului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD da Alarme Auditiv da Vizual da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da Sensor deconectat da Sensor epuizat da Buton de dezactivare alarmei sonore da Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață $\geq$ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc. Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc. Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc. Husă pentru transportare 1 buc.	Valoare pulsului . DA Puterea semnalului da Indicator baterie descărcată . DA Display LED sau LCD . DA, LCD Alarme Auditiv . DA Vizual . DA SpO2 și valoarea pulsului mare/mic . DA Sensor deconectat . DA Sensor epuizat . DA Buton de dezactivare alarmei sonore . DA Alimentare Baterie reîncărcabilă . DA , de la 220V 50Hz . DA Durata de viață $\geq$ 8 ore . DA Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. . DA Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc. . DA Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc. . DA Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc. . DA Husă pentru transportare 1 buc. . DA	
3310000-1	<u>Lot 125 Spirograf</u> <u>Cod 260500</u>	Pony FX	COSMED Srl, Italia	Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsurați FVC	Spirograf . DA Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). . DA Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil . DA Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie . DA Parametri măsurați FVC FEV1 . DA	CE,ISO

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Printer intern Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer date la PC teste pacient verificare aparat up-gradare software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8\text{ l}$ Diapazonul de flux $\geq 0-16\text{ l/s}$ Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 3\%$ Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Interfața PC da Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulator reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii	FEV1/FVC . DA Raport PEF. DA EVC . DA IVC . DA Ti . DA Te . DA IC . DA IRV . DA ERV . DA TV . DA Printer intern . DA Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate . DA Transfer date la PC teste pacient . DA verificare aparat . DA up-gradare software. DA Dispozitivul de măsură bidirecțional . DA Diapazonul de volum $\geq 0-8\text{ l}$. DA Diapazonul de flux $\geq 0-16\text{ l/s}$. DA Eroarea la volum $\leq 3\%$. DA Eroarea la flux $\leq 3\%$. DA Afișaj . DA Alfanumeric . DA Control taste alfanumerice . DA Interfața PC . DA Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulator reîncărcabile . DA Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz . DA Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare" . DA	
--	--	--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare" Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Hîrtie 20 buc.	Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) . DA Clește pentru nas tip adult 1 buc. . DA Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. . DA Hîrtie 20 buc. . DA	

Data completării **15 Septembrie 2022**

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL

Adresa: Piata D.Cantemir nr.1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din "15" Septembrie 2021

Specificația de pret

Numărul procedurii de achiziție nr. 21061149 **MTender ID** ocde-b3wdp1-MD-1659684146195 din 05.08.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	Lot 1. Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	buc	1	395 000.00	474 000.00	395 000.00	474 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	Lot 2. Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	buc	1	536 764.00	644 116.80	536 764.00	644 116.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	Lot 9 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	buc	1	98 000.00	117 600.00	98 000.00	117 600.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	Lot 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	buc	2	160 000.00	192 000.00	320 000.00	384 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

3310000-1	<u>Lot 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410</u>	buc	11	35 220.00	42 264.00	387 420.00	464 904.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot 55 Hota cu flux laminar Cod 250100</u>	buc	1	95 600.00	114 720.00	95 600.00	114 720.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot 66. Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110</u>	buc	7	61 000.00	73 200.00	427 000.00	512 400.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot 68. Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220</u>	buc	1	576 000.00	691 200.00	576 000.00	691 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot 69 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260</u>	buc	2	278 000.00	333 600.00	556 000.00	667 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot 78. Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420</u>	buc	1	456 000.00	547 200.00	456 000.00	547 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot 108. Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760</u>	buc	2	110 000.00	132 000.00	220 000.00	264 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot109. Lampa cu fanta Cod 170100</u>	buc	1	109 700.00	131 640.00	109 700.00	131 640.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot112. Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120</u>	buc	1	368 000.00	441 600.00	368 000.00	441 600.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

3310000-1	<u>Lot 120 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300</u>	buc	1	25 500.00	30 600.00	25 500.00	30 600.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot123 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430</u>	buc	1	6 500.00	7 800.00	6 500.00	7 800.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
3310000-1	<u>Lot 125 Spirograf Cod 260500</u>	buc	5	40 900.00	49 080.00	204 500.00	245 400.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
TOTAL						4 781 984.00	5 738 380.80			

Data completării 15 Septembrie 2022

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL

Adresa: Piata D.Cantemir nr.1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.