

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21044374** [ocds-b3wdp1-MD-1631876468473](#) din „17” septembrie 2021

Pagina 1 din 2

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 14, pentru anul 2021**

Lot: 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3310 0000 -1	4	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	Plasmabank 900LT	Italia	Angelantoni Lifescience	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru pasmei sanguine Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei Minim 800 litri Număr de sertare, cu delimitări pentru pungi cu plasmă sanguină Minim 4 buc. Ușa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară inox medical sau material anti-bacterial prevazut pentru prelucrare cu solutii antiseptice Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Temperatura reglabilă - - 18°C ... 25°C stabilitate - ± 3 °C rezoluție - 1 °C Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L, DA Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru pasmei sanguine, DA Parametrul Specificația Configurație vertical, DA Capacitatea internă a camerei Minim 800 litri, DA Număr de sertare, cu delimitări pentru pungi cu plasmă sanguină Minim 4 buc. DA Ușa Externă 1, DA Mecanism blocare cu cheie, DA Roți da, DA Construcție interioară inox medical sau material anti-bacterial prevazut pentru prelucrare cu solutii antiseptice DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă, DA Temperatura reglabilă - - 18°C ... 25°C, DA stabilitate - ± 3 °C, DA rezoluție - 1 °C, DA Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED, DA Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator, DA Alarmer acustică, DA	ISO9001 ISO 14000 ISO13485

						a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată forțată Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	vizuală, DA ușa deschisă, DA lipsa curentului electric, DA Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii, DA limita minimă a temperaturii, DA Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore, DA, se vor instala 2 baterii a cite 36 ore Răcire ventilată forțată, DA Alimentare 220 V, 50 Hz, DA Nivelul de zgomot ≤ 60 db, DA	
Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____ Ofertantul: <u>Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.</u> Adresa: <u>Piața D. Cantemir 1, mun. Chișinău, Republica Moldova</u>								