

Anexa nr.3
la Contractul nr. _____
din „__” _____ 20__

SPECIFICAȚIE Nr.2

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1783517141738 din 08.07.2026
	Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice CODURI GENERICE pentru anul 2027

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
1		Lotul 6						
	33100000-1	Lampă cu fantă	Lampă cu fantă SL 5A	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.	Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular	Lampă cu fantă SL 5A Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-14 , ajustabilă vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Lungimea fantei, mm 1-14 , ajustabilă vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Rotirea, grade 0-180 vezi Descrierea Lampa cu fantă SL	Certificate CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Nr. de înregistrare AMDM: DM000640861

					Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥ 100 Deplasare în adâncime, mm ≥ 100 Deplasare în înălțime, mm ≥ 30 Reglare fină de la joystick, mm $\geq \pm 10$ Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatoriu Accesorii Setul standard Bec min. 2 buc.	– 5A atasat pe p.2 Filtre : albastru, verde, absorbție de căldură vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Tipul Binocular vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Trepte de mărire: 10x, 16x, 25x vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Pupila inter-pupilară reglabilă: 52–85 mm vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Deplasare laterală, mm 100 vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19 Deplasare în adâncime, mm 105 vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19 Deplasare în înălțime, mm 30 vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19 Prin prezenta dorim să aducem la cunoștință faptul că producătorul biomicroscopului cu fantă SL-5A a implementat, începând cu iunie 2026, o modernizare a sistemului de iluminare. Modelul SL-5A este echipat în prezent cu o sursă de iluminare LED, care înlocuiește lampa cu halogen utilizată anterior. Conform declarației oficiale a producătorului (anexată la prezenta), modulul LED are o durată estimată de funcționare de 80.000 de ore.	
--	--	--	--	--	--	--	--

							La un regim normal de utilizare de aproximativ 8 ore pe zi, durata de viață estimată este: $80.000 \text{ ore} \div 8 \text{ ore/zi} \div 365 \text{ zile/an} \approx 27 \text{ ani}$. Având în vedere această durată de funcționare foarte mare, modulul LED nu este considerat un consumabil și nu necesită înlocuire în condiții normale de exploatare. Din acest motiv, producătorul nu livrează un modul LED de rezervă împreună cu echipamentul. În schimb, modelele echipate cu lampă cu halogen sunt livrate cu becuri de rezervă, deoarece acestea au o durată de viață semnificativ mai redusă și necesită înlocuire periodică. Dorim să subliniem că această modificare reprezintă exclusiv o îmbunătățire tehnologică a produsului și nu afectează performanțele clinice, caracteristicile optice, funcționalitatea sau destinația de utilizare a biomicroscopului cu fantă SL-5A. Toate celelalte specificații tehnice rămân neschimbate sau sunt îmbunătățite.	
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____
Ofertantul: SRL OPTIC LUX

Numele, Prenumele: Filimonenco Elena
Adresa: or.Chisinau str.31 August , 101

În calitate de: Director

L.Ş.

L.Ş.

L.Ş.

