

Electroterapie Cod 400140	MODULO PLUS, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenți galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenți, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC și CV Intensitate maximă curent $\geq 120\text{mA}$ Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Da, Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune 7 inch color, touch-screen/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ INTERFACE Da, Canale independente 4 buc. Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ STIMULATION CHANNELS/ 4 completely independent and electrically insulated channels Da, Tipuri de curenți galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenți, Traebert Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS Da, Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS/ Diagnostics: Da, Semnal stimulare CC și CV/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ OUTPUT STAGE Da, Intensitate maximă curent $\geq 120\text{mA}$ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ CURRENT OUTPUT Da, Timpul de tratament diapazon 1-60 min Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ TIMING Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ ACOUSTIC SIGNAL Da, Librarie de protocoale interne de tratament 200 protocoale Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ PRESET PROTOCOLS Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator 150 programe Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ CREATION OF PERSONALIZED PROGRAMS Da, Port USB sau analogic Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ UPGRADABLE VIA USB PORT Da, Tensiune 220V, 50 HZ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ MAINS POWER SUPPLY Accesorii Da, Cabluri bipolare 4 buc., cod. MO186 Da, Electrod electroterapie 4 buc., cod. MO584 Da, Troleu dispozitiv 1 buc., model DINAMICO