

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1726227245956					Data: „18” Septembrie 2024__		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”					Pagina: __din _____		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumir	Denur	Model	Țară de	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8

33100 000-1			Fotoliu multifuncțional ORL	Sit 4 Plus Black Edition	Germania	Otopront	1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți). 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea. 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi - opțional. 6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. 8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. 9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de	1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți). 2. Principiul de funcționare electric. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea. 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi - opțional. 6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. 8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. 9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de	CE, ISO
----------------	--	--	-----------------------------	--------------------------	----------	----------	--	---	---------

	6	Fotoliu multifuncțional ORL					unghiului de înclinare a suportului de bazin 0-10°. 10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. 11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului; 12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la $85^\circ \pm 10^\circ$ direcție dreapta și stângă cu fixare de poziție. 13. Cu manipulare motorizată minim la segmentele spate, picioare.	de bazin 0-10°. 10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. 11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului; 12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la $85^\circ \pm 10^\circ$ direcție dreapta și stângă cu fixare de poziție. 13. Cu manipulare motorizată minim la segmentele spate, picioare.	
--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

						14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea $60\text{cm} \pm 6\text{ cm}$, poziția maximală față de podea $90\text{ cm} \pm 5\text{ cm}$. 15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. 16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180° . 17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. 18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180° . 19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180° . 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 180 cm. 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. 22. Masa maximă a pacientului $\geq 150\text{ kg}$.	13. Cu manipulare pe arc la segmentele spate, picioare, Motorizat opțional, cu preț suplimentar). 14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea $60\text{cm} \pm 6\text{ cm}$, poziția maximală față de podea $90\text{ cm} \pm 5\text{ cm}$. 15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. 16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180° . 17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. 18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180° . 19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180° . 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 180 cm. 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. 22. Masa maximă a pacientului $\geq 150\text{ kg}$.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101