

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749804315048 din 13.06.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Controlere cu un canal cu senzor de conductivitate

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
Lot 1. Controlere cu un canal cu senzor de conductivitate								
1	38434500-1	Controler cu 1 canal cu senzor de conductivitate	HI510-0320	Germania	Hanna Instruments	Controler cu 1 canal cu senzor de conductivitate. Interval: 0,001-50,0 μS/cm. Ieșiri: ethernet, RS 485, 4-20 mA. Funcție de arhivare: ore/zi/lună. Ecran lichid cristalin. Funcții de calibrare și setare. Lungimea cablului de la senzor: 10,0 m. Temperatura de măsurare - 105,0 0C	Controler cu 1 canal cu senzor de conductivitate. Interval: 0,001-50,0 μS/cm. Ieșiri: ethernet, RS 485, 4-20 mA. Funcție de arhivare: ore/zi/lună. Ecran lichid cristalin. Funcții de calibrare și setare. Lungimea cablului de la senzor: 10,0 m. Temperatura de măsurare - 105,0 0C	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

În calitate de: **Director**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

25.06.2025