

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21403905 / ocds-b3wdp1-MD-1744624060362					Data: 06.05.2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2						Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000 0-1	21	Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri	Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri	Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30litri	Moldova	PROVIDER EXIM	Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (630-660 mm*700-730 mm*50µm), volumul 30 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma "Pericol Biologic"; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor. Sacul poate fi închis ușor, sigur.	1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm; 2 Dimensiune minimă 500x600mm; 3. cu pictogramă "Pericol biologic"; 4.culoare galbenă; 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. Sacul poate fi închis ușor, sigur.	Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Aviz sanitar.
3310000 0-1	37	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA	135400	Italia	Vacutest Kima	1.Eprubete vacuate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb sau mov. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC "In-vitro diagnostic medical devices" 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	1.Eprubete vacuate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului mov. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, marca CE Directive 98/79/EC "In-vitro diagnostic medical devices" 8.Prezentarea - mostrelor la CRDM.	DM000657142
3310000 0-1	50	Stripuri B.Stearothermophilus	Stripuri B.Stearothermophilus	STRIP CONTROL GST E6 (Strips), ref:91155. 100strip(buc.)/set	Italia	Liofilchem	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă Destinație: pentru controlul sterilizării. Proprietăți: Indicator a)biologic; b)din hirtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) cu prezența notificării "DE UZ UNIC	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă, la livrare; Destinație: pentru controlul sterilizării. Proprietăți: Indicator a)biologic; b)din hirtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) cu prezența notificării "DE UZ UNIC	not an In Vitro Diagnostic Device or MD

[illegible]