

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1765269530603 din 9 decembrie 2025

Data: „___” _____ 20__

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:

Achiziționarea consumabilelor, reagenților de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2026 (repetat)

Lot: _____

Pagina: __din __

Cod CPV	###	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	7	Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative și nefermentative	Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative și nefermentative	21341_VITEK 2 GN	Franta	bioMerieux	Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21341	Buc = Set/ 20 carduri Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Conform insert tehnic atasat: Lotul 7 Package Insert - 044066-05 - ro - 21341	CE/ ISO DM000306627 din 07.05.2021
33100 000-1	8	Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive	Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive	21342_VITEK 2 GP	Franta	bioMerieux	Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Bucata= set/20 carduri compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21342	Buc = Set/ 20 carduri Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Conform insert tehnic atasat: Lotul 8 Package Insert - 043900-04 - ro - 21342	CE/ ISO DM000306628 din 07.05.2021
33100 000-1	9	Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc	Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc	21346_VITEK 2 NH KIT	Franta	bioMerieux	Cardul pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21346	Buc = Set/ 20 carduri Cardul NH este realizat pe baza unor metode biochimice confirmate și a unor substraturi recent puse la punct care măsoară utilizarea sursei de carbon și activitățile enzimatic. Pe acesta se găsesc 30 de teste biochimice. Rezultatele finale ale identificării sunt disponibile în aproximativ șase ore. Conform insert tehnic atasat: Lotul 9 Package Insert - 043902-04 - ro - 21346	CE/ ISO DM000303959 din 09.03.2021
33100 000-1	10	Card YST identificare automatizată a fungilor	Card YST identificare automatizată a fungilor	21343_VITEK 2 YST	Franta	bioMerieux	Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21343	Buc = Set/ 20 carduri Cardul YST este realizat pe baza unor metode biochimice confirmate 1,6,8,10,11 și a unor substraturi recent puse la punct. Există 46 de teste biochimice care măsoară utilizarea sursei de carbon, utilizarea sursei de azot și activitățile enzimatic. Rezultatele finale sunt disponibile în aproximativ 18 ore. Conform insert tehnic atasat: Lotul 10 Package Insert - 043908-04 - ro - 21343	CE/ ISO DM000306629 din 07.05.2021
33100 000-1	11	Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	424195_AST-N426 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalent REF 424195	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni. Conform insert tehnic atasat: Lotul 11 Package Insert - 059167-01 - ro - 424195	CE/ ISO DM000528309 din 05.06.2023
33100 000-1	12	Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	424196_AST-N427 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424196	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, Conform insert tehnic atasat: Lotul 12 Package Insert - 059168-01 - ro - 424196	CE/ ISO DM000528310 din 05.06.2023
33100 000-1	13	Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	424500_AST-XN26 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424500	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni. Conform insert tehnic atasat: Lotul 13 Package Insert - 061860-01 - ro - 424500	CE/ ISO DM000654169 din 09.11.2023

33100 000-1	14	Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare	Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare	424498_AST-N437 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424498	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni Conform insert tehnic atasat: Lotul 14 Package Insert - 061858-01 - ro - 424498	CE/ ISO DM000654167 din 09.11.2023
33100 000-1	15	Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare	Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare	424501_AST-N439 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424501	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni Conform insert tehnic atasat: Lotul 15 Package Insert - 061861-01 - ro - 424501	CE/ ISO DM000654170 din 09.11.2023
33100 000-1	16	Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative	424502_AST-N440 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424502	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni. Conform insert tehnic atasat: Lotul 16 Package Insert - 061862-01 - ro - 424502	CE/ ISO DM000654171 din 09.11.2023
33100 000-1	17	Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae)	Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae)	22287_VITEK 2 AST P592	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 22287	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni. Conform insert tehnic atasat: Lotul 17 Package Insert - 045610-01 - ro - 22287	CE/ ISO DM000396631 din 07.05.2021
33100 000-1	18	Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST)	Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST)	423051_AST-P658 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423051	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni Conform insert tehnic atasat: Lotul 18 Package Insert - 049553-01 - ro - 423051	CE/ ISO DM000528308 din 05.06.2023
33100 000-1	19	Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST)	Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST)	423050_AST-P659 TEST KIT 20 CARDS	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423050	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni Conform insert tehnic atasat: Lotul 19 Package Insert - 049396-01 - A - ro - 423050	CE/ ISO DM000528307 din 05.06.2023
33100 000-1	20	Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans	Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans	421040_VITEK AST-ST03	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 421040	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni. Conform insert tehnic atasat: Lotul 20 Package Insert - 046698-03 - ro - 421040	CE/ ISO DM000396637 din 07.05.2021
33100 000-1	21	Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor	Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor	420739_VITEK AST-YS08	Franta	bioMerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 420739	Buc = Set/ 20 carduri Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici Conform insert tehnic atasat: Lotul 21 Package Insert - 046699-02 - ro - 420739	CE/ ISO DM000396636 din 07.05.2021
33100 000-1	22	VITEK PICKME NIBS	VITEK PICKME NIBS	423551_VITEK PICKME NBS	Franta	bioMerieux	VITEK PICKME NIBS 18x96 vârfuri sau echivalent REF 423551	Buc = Set/ 18 trays x 96 nibs Conform insert tehnic atasat: Lotul 22 Package Insert - 161150-1505 - A - en - VITEK PICKME Quick Guide	CE/ ISO nu este dispozitiv medical

33100 000-1	25	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene	AEB400100_CRY O-BILLES (25 BEADS TUBES)	Franta	bioMerieux	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene Bucata = Cutie 64-100 criotuburi, fiecare criotub conține - 0,9 ml de soluție hipertona de crioconservare și 25 bile poroase	Buc = Set/ 25 beads x 64 tubes. Acest sistem permite conservarea tulpinilor microbiene cu ajutorul unei metode mai puțin costisitoare, simplă și fiabilă pentru păstrarea tuturor tipurilor de tulpini microbiene (tulpini de referință, tulpini din colecția internă...). Sistemul de criobile este un tub de mici dimensiuni care conține bile pe care microorganismele pot adera. Bilele sunt imersate într-o soluție hipertona pentru crioconservare. Conform insert tehnic atasat: Lotul 25 Package Insert - 400100 - G - ro - AEB400100	CE/ ISO nu este dispozitiv medical
33100 000-1	29	Tulpina de referință Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175	Tulpina de referință Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175	0306P_Klebsiella aerogenes derived from ATCC® 13048™	USA	Microbiologics	Tulpina de referință Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 Bucată=Ansa/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Bucată=Ansa/stick Ambalaj = cutie/ flacon cu 2 anse Conform insert tehnic: Lotul 29 0306P_Klebsiella aerogenes derived from ATCC® 13048™	CE/ ISO
33100 000-1	30	Tulpina de referință C. glabrata ATCC MYA 2950	Tulpina de referință C. glabrata ATCC MYA 2950	0122P_C. GLABRATA ATCCreg; MYA-2950trade;°	USA	Microbiologics	Tulpina de referință C. glabrata ATCC MYA 2950 Bucată=Ansa/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Bucată=Ansa/stick Ambalaj = cutie/ flacon cu 2 anse Conform insert tehnic: Lotul 30 0122P_C. GLABRATA ATCCreg; MYA-2950trade;°	CE/ ISO
33100 000-1	31	Tulpina de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	Tulpina de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	0947P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 49619trade;°	USA	Microbiologics	Tulpina de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Bucată=Ansa/stick Ambalaj = cutie/ flacon cu 2 anse Conform insert tehnic: Lotul 31 0947P_S. PNEUMONIAE ATCCreg; 49619trade;°	CE/ ISO
33100 000-1	32	Tulpina de referință Escherichia coli NCTC 13846	Tulpina de referință Escherichia coli NCTC 13846	01244P_Escherichia coli derived from NCTC 13846	USA	Microbiologics	Tulpina de referință Escherichia coli NCTC 13846 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Bucată=Ansa/stick Ambalaj = cutie/ flacon cu 2 anse Conform insert tehnic: Lotul 32 01244P_Escherichia coli derived from NCTC 13846	CE/ ISO