

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1594988293294	Data: 25 iul 2020, 11:00 - 30 iul 2020, 11:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Modernizarea Oficiului medicilor de familie Cocieri, raionul Dubăsari (dotarea cu utilaj medical)	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33111100-2	Masă de examinare radiologică	BK-12HK	Japonia	Shimadzu	Mișcare motorizată, masa cu blat flotant în 4 direcții, mișcările vor fi activate de la control intenționat, frâne electromagnetice, blocarea mișcării laterale, greutatea admisă pentru pacient 200 kg, înălțime masă maximală ≤ 90 cm, reglabilă, dimensiune blat masă 220 x 80 cm (+/- 5 cm), echivalent Al de absorbție Rx a blatului mesei max. 1.7 mmAl	Conform broșurii anexate	CE/ISO
2	33124000-5	Stand vertical pentru investigații x-ray	BR120	Japonia	Shimadzu	Cursa verticală min 2350 mm, dimensiunea filmului 14"x17" la 6½"x8½", echipat cu system de prevenire anticoliziune, poziția de fixare a casetei în sus sau în centru, direcția de montare a tăvii casete selectabilă la stânga sau la dreapta în timpul instalării, distanța focală 170 cm, cerințe de putere monofazate , 100 V, 0,1 kVA, 50/60 Hz.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**