

PROCES - VERBAL nr. 20/22
al ședinței Grupului de lucru pentru
achiziții publice de bunuri, lucrări
și servicii (partea medicală)

19.07.2022, ora 09:00

mun. Chișinău
str. Vlaicu Pârcălab, 17

Ordinea de zi aprobată:

Cu privire la examinarea ofertelor privind achiziționarea cimentului ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare.

S-a examinat conform ordinii de zi:

În urma examinării mostrelor prezentate Microglass R-A2 & A3, Microglass C și Microglass F, s-a constatat următoarele:

1) s-a solicitat ambalare - pachet 15 g pudră, dar s-a propus de 10 g Microglass R-A2 & A3 și Microglass F;

2) s-a solicitat depozitare la temperatură de 4-25°C, dar s-a propus Microglass R-A2 & A3 și Microglass F depozitare la temperatură 15-30°C;

3) s-a solicitat ambalare - 8g (6,4 ml) lichid, dar s-a propus Microglass C de 10 ml.

Astfel, în urma discuțiilor, s-a propus de a respinge oferta operatorului economic **SRL "Triumf-Motiv"**, deoarece oferta acestuia nu corespunde cerințelor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă.