

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674129728925
Obiectul achiziției: “Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2023”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lot 9. Mentenanță anuală Mediso Anyscan SPECT/CT/PET	Anyscan SPECT/CT/PET	Ungaria	Mediso Medical Imaging Systems	<p>Verificare și calibrare trimestrială și anuală a tomografului Mediso Any Scan SPECT/CT/PET. Curățare și lubrifiere părți mecanice. Reparații dispozitiv la solicitarea instituției.</p> <p>Alte lucrări de mentenanță recoman-date de producător. Timpul interven-ției maxim 24 ore, timp intervenție telefonică maxim 1 oră. Prezentarea raportului de deservire la finalizarea intervenției cu specificarea rezultatului și statutului dispozitivului. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător(opțional). Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor la Mediso AnyScan SPECT/CT/PET. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare intervenție solicitată după prezentarea raportului ce confirmă statutul funcțional al dispozitivului și a facturii. Termen de garanție pentru lucrările de depanare executate minim 6 luni.</p>	<p>Verificare și calibrare trimestrială și anuală a tomografului Mediso Any Scan SPECT/CT/PET. Curățare și lubrifiere părți mecanice. Reparații dispozitiv la solicitarea instituției.</p> <p>Alte lucrări de mentenanță recoman-date de producător. Timpul interven-ției maxim 24 ore, timp intervenție telefonică maxim 1 oră. Prezentarea raportului de deservire la finalizarea intervenției cu specificarea rezultatului și statutului dispozitivului. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător(opțional). Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor la Mediso AnyScan SPECT/CT/PET. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare intervenție solicitată după prezentarea raportului ce confirmă statutul funcțional al dispozitivului și a facturii. Termen de garanție pentru lucrările de depanare executate minim 6 luni.</p>	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)