

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21464052, ocds-b3wdp1-MD-1754481656073							Data: 12.09.2025	Alternativa nr.
Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
51	33600000-6	ASLO – LATEX (006553)	ASLO-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	ASLO – LATEX (006553), Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete., teste	ASLO-DAC - test calitativ și semicantitativ a antistreptolizinei-O (ASO) în ser uman prin metoda latex aglutinare. Componenta setului: 1fl x 5ml= 100teste (macrovarianta), control N+P, planșe și baghete de unică folosință. Sensibilitate - 98%. Specificitate - 97%. Păstrare la 2-8° C. Instrucțiune de utilizare. Catalog DAC-SpM pag. 7. № de înregistrare DM000305261.	ISO, CE.
64	33600000-6	CPR - LATEX (006564)	CRP-Latex	Moldova	Dac-Spectromed	CPR - LATEX (006564), Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete., teste	CRP-Latex - test calitativ și semicantitativ a proteinei C-reactive (CRP) în ser uman prin metoda latex aglutinare. Componenta setului: 1fl x 5ml= 100teste (macrovarianta), control N+P, planșe și baghete de unică folosință. Sensibilitate - 95,6%. Specificitate - 96,2%. Păstrare la 2-8° C. Instrucțiune de utilizare. Catalog DAC-SpM pag. 7. № de înregistrare DM000305266.	ISO, CE.
78	33600000-6	HBsAg, 96 teste ELISA (006528)	HBSAG ELISA	China	Wantai	HBsAg, 96 teste ELISA (006528), Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Stripuri și godeuri detașabile, reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test	HBSAG ELISA - test calitativ p/u detectarea antigenului HbsAG în ser sau plasmă umană. Specificitate: 99,78 - 99,92%. Sensibilitate: 100% (genotipuri A-F). Condiții de păstrare: +2 ... +8° C. Stabil până la data de expirare, 4 săptămâni după deschidere. Instrucțiune de utilizare. Catalog Wantai pag. 3. № de înregistrare DM000372789.	ISO, CE.
80	33600000-6	Hemocult-test (IFOBT) (006573)	FOB Rapid Test Kit	Turcia	Vitrosens	Hemocult-test (IFOBT) (006573), Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare, Test	FOB Rapid Test - test rapid imunocromatografic p/u detectarea calitativă a sângelui ocult uman în fecale. Sensibilitate - 99,49%. Specificitate - 100%. Păstrare la 2-30°C, umiditate 40-60%. Catalog Vitrosens pag. 21. № de înregistrare DM000570154.	ISO, CE.

101	33600000-6	RF - LATEX (006594)	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-Spectrom ed	RF - LATEX (006594), Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete., teste	RefaTex-DAC - Setul este destinat pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a factorului reumatoid (FR) în ser uman. Componenta setului: 1fl x 5ml= 100teste (macrovarianta), control N+P, planșe și baghete de unică folosință. Sensibilitate - 100%. Specificitate - 100%. Păstrare la 2-8° C. Instrucțiune de utilizare. Catalog DAC-SpM pag. 7. Nr. de înregistrare DM000305270.	ISO, CE.
102	33600000-6	RPR-latex test (006595)	RPR-Carbon-DAC	Moldova	Dac-Spectrom ed	RPR-latex test (006595), Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (foculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%, Test	Teste RPR-Carbon-DAC , bazate pe reacție de aglutinare pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set 100 teste. Componenta setului (în instrucțiune de utilizare): 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între godeuri pe card de 0,5cm). 3. Control negativ. 4. Control pozitiv. Sensibilitatea 100% - instrucțiune de utilizare, Specificitatea 100% - instrucțiune de utilizare. Catalog pag. 8. Nr. de înregistrare DM000674883.	ISO, CE.
124	33600000-6	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori în mase fecale (006603)	H. pylori Antigen Rapid Test Cassette	Turcia	Vitrosens	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori în mase fecale (006603), Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenti și consumabile necesari pentru efectuare., Test	H. pylori Agen Rapid Test - test rapid imunocromatografic p/u detectarea calitativă a antigenului H. Pylori în fecale. Sensibilitate - 98,10%. Specificitate - 99,23%. Păstrare la 2-30°C, umiditate 40-60%. Catalog Vitrosens pag. 15. Nr. de înregistrare DM000570149.	ISO, CE.
140	33600000-6	Test rapide influenza (Gripa A+ B) (007969)	Flu A+B	China	Alltest	Test rapide influenza (Gripa A+ B) (007969), Test rapide influenza (Gripa A+ B), metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%, Test	Influenza A+B Rapid test - test rapid imunocromatografic p/u detectarea antigenului virusului Influenza A și B (nazofaringian, garingian, nazal). Sensibilitate A (Nazofar - 99%, faringian - 95,1%, nazal - 100%). Sensibilitate B (Nazofar - 97,7%, faringian - 94,2%, nazal - 99,3%). Specificitate A (Nazofar - 98,9%, faringian - 99,3%, nazal - 99,2%). Specificitate B (Nazofar - 99%, faringian - 99,4%, nazal - 99,4%). Păstrare la 2-30°C, protejat de lumină. Catalog Alltest pag. 14. Nr. de înregistrare DM000377309.	ISO, CE.

Semnăt: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 12.09.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.