

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1755005904173 / 21466080 din 29.08.2025							
Denumirea procedurii de achiziție:		În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	86	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem; HT-100 Blood Glucose Test Strips	Taiwan	Tyson Byo	Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabilele să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.	Cod 151200 Glucometru HT100 (caracteristici de bază) -Taiwan Tyson Byo Descriere Analizatorului HT100 de glicemie: mobil (portabil) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță si spitale. Parametru Specificația : Metoda : Electrochimică - Da Tip probă: Sânge integral venos și capilar -- Brosura Volumul minimal al probei - 0.7 µL - Brosura Gama de măsurare 1.1-33.3 mmol/L - Brosura Gama hematocritului 0-70 % - Brosura Timpul de măsurare - mai mic de 5 secunde; Ecran LCD - DA Calibrarea automată - DA Oprire automată - DA IN TIMP DE 2 MIN DUPA UTILIZARE -MANUAL DE UTILIZARE PAG 5 Memoria numărul de teste - 500 Posibilitatea conectării la PC pentru salvarea / transferarea rezultatelor - Manual de utilizare in limba romana pag.8 Data/ora și rezultatul probei - Da Baterie internă - 1 buc. Autonomie de la baterie - 1000 teste ; Indicator baterie descărcată - DA Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei - DA Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului sunt compatibile Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)- DA Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere - DA Ace sterile de unică utilizare - 400 buc (incluse) Teste HT-100 - termenul de valabilitatea min. 18 luni - 400 buc (incluse- Set a câte 50 teste) Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377194 ; HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem - Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195; Instalare, darea in exploatare, instruirea - DA Se anexeaza :Manual de utilizare - in limba română și engleză ;Brosura	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; https://www.tysonbio.com/tyson-edm/ht100.html Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377194; Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195;

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6

semnat electron