

## DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 12\_din 14.06.2019

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP "Policlinica Cancelariei de Stat"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601003924
Adresa	Mun. Chișinău, str. 31 august 1989 nr. 70
Număr de telefon	022-251-508
Număr de fax	022-22-40-21
E-mail	achizitii.pcs@gmail.com
Adresa de internet	pcs.gov.md
Persoana de contact	Ciocea Rodica

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>	
Obiectul de achiziție	Achiziționarea Echipamente medicale	
Cod CPV	33100000-1	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)		
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr: <b>21007176</b>	
	Link-ul: platforma achiziții.md	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data: 17.05.2019	Ora: 10:30
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu <input type="checkbox"/>	Data: Link-ul:
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr:	
	Link-ul:	
	Data publicării/ transmiterii:	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu <input type="checkbox"/>	acord-cadru <input type="checkbox"/> sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> licitație electronică <input type="checkbox"/> catalog electronic <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> <b>Buget CNAM</b> <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Mijloace special(cu plată)</i>	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<b>1100000,00 lei</b>	

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

<b>Denumirea operatorilor economici</b>	<b>Data depunerii cererii de participare</b>

**Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost**  
*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	
<b>Expunerea succintă a rezumatului demersului</b>	
<b>Data transmiterii</b>	
<b>Răspunsul la demers</b>	Expunerea succintă a răspunsului:
<b>Contestarea documentației de atribuire</b>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

**Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost**  
*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	Indicați sursa utilizată și data publicării:
<b>Transmise operatorilor economici înregistrați</b>	Data:
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Cu _____ zile

Până la termenul-limită (data 17.05.2019 , ora 10-30), au fost depuse 14 oferte:

<b>Denumirea operatorilor economici</b>	<b>IDNO</b>	<b>Asociații/administratorii</b>
SRL "Triumf-Motiv"	1012600021180	Administrator – Jighili Tatiana
SRL "GBG"	1003600117582	Director – Ceaicovschi Tudor
SRL "Visiosystems"	1014600037327	Director – Arnaut Mihail
SRL "Romedcom"	1004600066975	Administrator - Ștefan Țurcanu
SRL "Euroconstant Med"	1018600024552	Director Constantin Sula
SRL "Polisano Prim"	1005600003425	Director – Vera Nebora
SRL "Data Control"	1003600007935	Director – Alexandru Grabazei
SRL "Dutchmed-M"	1009600033367	Director – Svetoslav Prodan

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 17.05.2019 ora 10-30

Oferte întârziate (după caz): nu au fost

<b>Denumirea operatorilor economici</b>	<b>Data, ora prezentării</b>	<b>Notificări privind restituirea ofertelor</b>

**Documentele ce constituie oferta:**

<b>Denumirea operatorilor economici</b>	<b>Oferta</b>	<b>Specificația de preț</b>	<b>Specificația tehnică</b>
SRL "Triumf-Motiv"	+	+	+
SRL "GBG"	+	+	+
SRL "Visiosystems"	+	+	+
SRL "Romedcom"	+	+	+
SRL "Polisano Prim"	+	+	+
SRL "Data Control"	+	+	+

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul neprezentării)

**Constatări/Comentarii (după caz):** nu au fost

**Modalitatea de evaluare:**

Pentru fiecare lot <input type="checkbox"/>	Pentru mai multe loturi cumulate <input type="checkbox"/>	Pentru toate loturile <input type="checkbox"/>
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant		
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi		

**Criteriul de atribuire aplicat:**

<b>Criteriul aplicat</b>	<b>*Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)</b>
prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>	Cel mai mic preț, corespunderea cerințelor tehnice

**Informația privind ofertele examinate:**

Nr lot	Denumirea lotului Echipamente medicale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici					
				SRL "Triumf-Motiv"		SRL "GBG"		SRL "Visiosystems"	
				Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice
1	Unit dentar	buc	1	105000,00	-	198600,00	-	300214,17	+
	Mobilier specializat pentru cabinetul stomatologic	buc	1	80000,00	-	76627,00	-	61084,80	+

Nr lot	Denumirea lotului Echipamente medicale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici													
				SRL "Rome dcom"		SRL "Eurocon stant Med"		SRL "Polisano Prim"		SRL "Triumf-Motiv"		SRL "Data Control"		SRL "Dutchmed -M"		SRL "GBG"	
				Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Correspondere specificații tehnice

2	Electrocardiograf cu 12 canale	buc	1	23000,00	+	29900,00	+	34860,00	+	39000,00	+	39360,00	+	40350,00	+	96816,00	+
---	--------------------------------	-----	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

Nr lot	Denumirea lotului Echipamente medicale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici	
				SRL "Data Control"	
				Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice
3	Componente și softuri necesare pentru apgreidare a sistemului compatibilă cu USG ARIETA V60, Hitachi, Japonia până la un Sistem pentru ecoultrasonografie	buc	1	420000,00	+

Nr lot	Denumirea lotului Echipamente medicale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici					
				SRL "PolisanoPrim"		SRL "Euroconstrant Med"		SRL "Data Control"	
				Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice
4	Holter ECG	buc	1	36500,00	+	65400,00	+	53165,00	+
	Monitor Holter Tensiune arterială	buc	1	23800,00	+		+		22785,00

**NOTĂ:**

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**Constatări/Comentarii** (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

Necorespunderi:

Lotul 1 Unit dentar

**SRL "Triumpf-Motiv"**

În conformitate cu atr. 17, al.5 al Legii nr.131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice Oferta este descalificată, deoarece clarificarea informației prezentate suplimentar de SRL Triumpf-Motiv, a confirmat că Unitul dentar nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, și anume:

- Fotoliul nu este montat pe blocul scuiător.
- Nu este prezent sistemul de furtuni integrat de sus.
- Pedala nu are posibilitatea reglării progresive a turației instrumentelor(absolut la toate).

- Scaunul medicului nu are cerc din metal incorporat pentru picioare.
- Dimensiunile unitului dentar depășesc cerințelor solicitate.
- Lipsește certificatul de calificare a inginerului de la producător, pentru asamblare și deservire a aparatului dat.
- Lipsește scrisoare de recomandare, referitor la livrarea unor echipamente similare (unit dentar).
- La capitolul minim ani de experiență specifică în/și /sau serviciilor similare 3 ani Lipsește – dovada că au finalizat în ultimii 3 ani contracte similare ce au avut ca obiect livrarea bunurilor (unit dentar).

#### SRL "GBG"

Oferta propusă este descalificată, deoarece Unitul dentar propus nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, și anume:

- Fotoliul nu este montat pe blocul scuiptor, cu mecanisme moderne, ci invers blocul scuiptor este instalat pe fotoliu cu un singur braț lung.
- Fotoliul dispune doar de un singur braț, dar sau solicitat două brațe.
- Dimensiunile Unitului nu corespunde cerințelor solicitate și anume, înălțimea unitului în loc de 1290 cm, se oferă 610 cm.
- Nu s-a solicitat lampă fotopolimer pe masa medicului din cele 5 furtunuri.

\*Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel:

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și ponderea fiecărui factor	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului	Clasamentul	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA
Lotul 1	1		
	2		
	3		

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic	Documentul și/sau informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic
SRL "Triumf-Motiv"	-Confirmarea parametrilor solicitați pentru poziția Unit dentar(fiecare parametru) prin anexarea documentelor (pliantelor de la producător, manualul de utilizare, cu indicarea concretă a paginii și aliniatului); -Completarea informației referitor la poziția Mobilier specializat pentru	22.05.2019, nr. 01-19/117	1. La data de 24.05. 2019 – Angajatul firmei responsabil se află în spital. Informația urmează a fi prezentată la data de 28.05.2019. 2. La data de 28.05.2019 au fost transmise clarificări și specificații pentru poziția Unit dentar – s-au anexat 2 pagini cu imagini și cu descriere foarte succintă pentru aparat.

	cabinetul stomatologic și anume: descrierea parametrilor conform modelului propus în oferta participantă la licitație, țara de origine-China, producătorul-Foshan Cingol ol Medical Instrument Co., cu anexarea documentelor confirmative.		-Informația referitor la poziția Mobilier specializat pentru cabinetul stomatologic – va fi remis printr-o scrisoare suplimentară.
<b>SRL "Visiosystems"</b>	-Completarea informației referitor la Poziția Mobilier specializat pentru cabinetul stomatologic: țara de origine, producătorul, cu anexarea documentelor confirmative.	<b>03.06.2019, nr.01-19/126</b>	1. La data de 06.06.2019 – au solicitat prelungirea termenului de depunere a răspunsului cu 3 zile lucrătoare, deoarece partenerii nu reușesc în termen cu expedierea actelor confirmative. 2. La data de 11.06.2019 – Masa pe roțile este propusă de compania Zilfor, Italia. Din motiv că termenul de fabricație al companiei Zilfor este de minim 6 luni, astfel nu se încadrează în termenul stabilit, restul mobilierului va fi efectuat la comandă de un producător local, iar materialele și designul vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.

**Coresponderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:**

Data solicitării documentelor confirmative:..

Data prezentării documentelor confirmative:..

Denumirea operatorului economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)														
	Oferta	Garanția pentru ofertă	Informații generale despre ofertant	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,contribuțiilor	Raportul financiar pentru 2018	Licența de activitate	Specificațiile de preț (F4.2) original	Specificația tehnică (F4.1) original	Certificat de conformitate dispozitivelor medicale oferite	Declarația privind conduita etică	DUAE	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor/ și/sau serviciilor similare 3	Certificat pentru confirmarea capacității executării	Scrisoare de recomandare
<b>Lotul 1</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>1.Unit dentar 2. Mobilier specializat pentru cabinetul stomatologic SRL "Visiosystems"</b>															
<b>Lotul 2</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Electrocardiograf cu 12 canale SRL "Romedcom"</b>															

Lotul 3 Componente și softuri necesare pentru apgreidare a sistemei compatibilă cu USG ARIETA V60, Hitachi, Japonia până la un Sistem pentru ecoultrasonografie  SRL”Data Control”	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lotul 4  1.Holter ECG 2. Monitor Holter Tensiune arterială  SRL ”PolisanoPrim”	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

**Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
Lotul 1 SRL ”Triumpf-Motiv”	<p>În conformitate cu atr. 17, al.5 al Legii nr.131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice Oferta este descalficată, deoarece clarificarea informației prezentate suplimentar de SRL Triumpf-Motiv, a confirmat că Unitul dentar nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotoliul nu este montat pe blocul scuipător.</li> <li>- Nu este prezent sistemul de furtuni integrat de sus.</li> <li>- Pedala nu are posibilitatea reglării progresive a turației instrumentelor (absolut la toate).</li> <li>- Scaunul medicului nu are cerc din metal incorporat pentru picioare.</li> <li>- Dimensiunile unitului dentar depășesc cerințelor solicitate.</li> <li>- Lipsește certificatul de calificare a inginerului de la producător, pentru asamblare și deservire a aparatajului dat.</li> <li>- Lipsește serisoare de recomandare, referitor la livrarea unor echipamente similare (unit dentar).</li> <li>- La capitolul minim ani de experiență specifică în/și /sau serviciilor similare 3 ani Lipsește – dovada că au finalizat în ultimii 3 ani contracte similare ce au avut ca obiect livrarea bunurilor (unit dentar).</li> </ul>
Lotul 1 SRL”GBG”	<p>Oferta propusă este descalficată, deoarece Unitul dentar propus nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fotoliul nu este montat pe blocul scuipător, cu mecanisme moderne, ci invers blocul scuipător este instalat pe fotoliu cu un singur braț lung.</li> <li>-Fotoliul dispune doar de un singur braț, dar sau solicitat două brațe.</li> <li>-Dimensiunile Unitului nu corespunde cerințelor solicitate și anume, înălțimea unitului în loc de 1290 cm, se oferă 610 cm.</li> <li>-Nu s-a solicitat lampă fotopolimer pe masa medicului din cele 5 furtunuri.</li> </ul>

**Notă\*** În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu



cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui de la pct. 14.

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică.









	Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA
1	Unit dentar	SRL "Visiosystems"	1	300214,17	300214,17	360257,01
	Mobilier specializat pentru cabinet stomatologic		1	61084,80	61084,80	73301,76
	Total lotul 1				361298,98	433558,77
2	Electrocardiograf cu 12 canale	SRL "Romedcom"	1	23000,00	23000,00	27600,00
3	Componente și softuri necesare pentru apgreidare a sistemului compatibilă cu USG ARIETA V60, Hitachi, Japonia până la un Sistem pentru ecoultrasonografie	SRL "Data Control"	1	420000,00	420000,00	504000,00
4	Holter ECG	SRL "PolisanoPrim"	1	36500	36500	43800
	Monitor Holter Tensiune arterială		1	23800	23800	28560
	Total lotul 4				60300,00	72360,00
<b>TOTAL PE LOTURI</b>					<b>864598,97</b>	<b>1037518,77</b>

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. lit .

1. Argumentare:

Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Grigore Gojan	Președinte	
2	Tamara Curnic	Vicepreședinte	
3	Rodica Cioclea	secretara	
4	Svetlana Budeci	membru	
5	Ludmila Cazac	membru	
6	Zinaida Andronic	membru	
7	Natalia Onica	membru	
8	Irina Stețenco	membru	
9	Viorica Bocancea	membru	