

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. şi data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Sergiu Balta Telefonul de contact + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1742204380049 din 18.04.2025

Anexa nr. 22 - Specificaţii tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	33100000-1	Hotă cu flux laminar	BSC-3FA2-HA	China	Biobase	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranţă care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclde clasa I, clasa a III, şi hote cu flux orizontal, precum şi hote chimice şi debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafaţa internă din oţel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficienţa de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecţie (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării obligatoriu Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze	Hota biologica, model BSC-3FA2-HA, Biobase, Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranţă care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclde clasa I, clasa a III, şi hote cu flux orizontal, precum şi hote chimice şi debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafaţa internă din oţel inoxidabil antistatic Filtre ULPA -da Prefiltru Eficienţa de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 1000 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot conform EN12469s65dB Flux aer - inflow velocity 0.53 m/s Factorul de protecţie (Apf) > 1.5* 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării -din punct de vedere constructiv nu este aplicabil pentru hota conform producătorului Set de livrare Hota cu filtre instalate Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum, robinet pentru gaze, DM000638252	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificaţii de preţ

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	33100000-1	Hotă cu flux laminar	Bucată	2	89.777,0000	107.732,4000	179.554,00	215.464,80	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire şi dare în exploatare: DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							179.554,00	215.464,80	

- Preţurile sunt indicate pentru cantităţile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Preţurile includ toate taxele şi impozitele determinate de legislaţia în vigoare.
- Condiţii de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanţa lor fiind nu mai puţin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar de deţinerea de către Beneficiar a Autorizaţiei speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizaţie pentru activitate cu precursori.

În aşteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu