

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către *IMSP Institutul de Medicină Urgentă*

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea « Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2024 »** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție *Licitație Deschisă***,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (șasezeci), respectiv până la data de 16 iunie 2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16 aprilie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Tetis International Co SRL  
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1775046749050/21591205 conform SIARSAP M-Tender						
Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2026 REPETAT						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Electrocuagulator. CENTURION Vision System Active Sentry, Alcon Management S. A. (2022)	Deservirea CENTURION Vision System Active Sentry	SUA	Alcon	<p>Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și fixarea roților). Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători). Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului; Verificare conectori și cabluri; Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up; Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare și curățare filtre; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă și pistoane de acționare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare și curățare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii și vacuumului); Verificare recunoaștere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistență a instrumentelor de măsură; Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 4000 cpm. Verificare și calibrare ecran; Descărcare fișiere de loguri și erori; Verificare pedală (funcționare continuă și ușoară); Verificare sonde (hand piece, autosert); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). <u>Numărul de vizite per an – 2.</u></p>	<p>Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și fixarea roților). Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători). Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului; Verificare conectori și cabluri; Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up; Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare și curățare filtre; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă și pistoane de acționare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare și curățare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii și vacuumului); Verificare recunoaștere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistență a instrumentelor de măsură; Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 4000 cpm. Verificare și calibrare ecran; Descărcare fișiere de loguri și erori; Verificare pedală (funcționare continuă și ușoară); Verificare sonde (hand piece, autosert); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). <u>Numărul de vizite per an – 2.</u></p>	CE,ISO

**Specificații de preț**

Numărul procedurii de achiziție: <b>Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1775046749050/21591205 conform SIARSAP M-Tender</b>									
Obiectul de achiziție: <b>Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2026 REPETAT</b>									
<b>Cod CPV</b>	<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Preț unitar per trimestru (fără TVA)</b>	<b>Preț unitar per trimestru (cu TVA)</b>	<b>Suma fără TVA per 4 trimestre</b>	<b>Suma cu TVA per 4 trimestre</b>	<b>Termenul de livrare/prestare</b>	<b>Clasificație bugetară (IBAN)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50421000-2	<b>Bunuri/servicii</b>							<u>Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mtender</u>	<b>MD87TRPCCC518430A00172AA</b>
	<b>1. Electrocuagulator. CENTURION Vision System Active Sentry, Alcon Management S. A. (2022)</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	81600	97920	81600	97920		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Perepeșița În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. C. Orheiului 103/