

ТОВ "Кіровоградпостач"
25491 м. Кропивницький, вул. Мурманська, 9
тел/факс: (0522) 55-13-23

Виробнича лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 68/21
Чинне до 6 жовтня 2023 року

**ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ
ЕТИЛАЦЕТАТ (марка А)**
вищий сорт
ВИГОТОВЛЕНО ТОВ "Кіровоградпостач"
по ТУ У 24.1-00904996-006:2007

Партія № 19
Дата виготовлення 06.06.22 року
Вид відпуску: налив

Фізико – хімічні показники

Найменування показників	Характеристика та нормативи згідно ТУ У 24.1-00904996-006:2007	Фактичне значення показника
Зовнішній вигляд	прозора рідина без механічних домішок	відповідає
Колір, одиниці Хазена	5,0	5,0
Густина при 20 ⁰ С, г/см ³	0,898 – 0,900	0,899
Масова частка основної речовини, %	не менше 99,0	99,6
Масова частка кислот в перерахунку на оцтову кислоту, %	не більше 0,004	0,004
Масова частка води, %	не більше 0,1	0,1

Гарантійний термін придатності 6 місяців з дати виготовлення

Виробник гарантує відповідність решти показників вимогам ТУ У 24.1-00904996-006:2007.

Висновок: етилацетат (марка А) вищий сорт партія № 19 від 06.06.22 р. відповідає вимогам ТУ У 24.1-00904996-006:2007 та не містить в своєму складі речовин, які внесені в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 02.12.2009 року, а тому виробництво, зберігання, перевезення та реалізація не підлягає ліцензуванню.

Начальник виробничої лабораторії

Т.С.Скороход

Начальник ВТК

Т.В.Кокош