

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

Achiziției comercială: 21071286, ocds-b3wdp1-MD-1673272305004							Data: 22.01.2023	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi de laborator, anul 2023							Lot:	Pag 1 din 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
6	33696500-0	Proba cu timol	Tymol-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Metoda de turbodimetrie cantitativ. Lichid concentrat. Monoreagent. Material p/u investigații: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Interferențe: bilirubina până la 0,7 mmol/l, hemoglobina până la 1,5 g/l, lipemie până la 2 g/l. Cutia cu 3 flacoane cu volumul de 11 ml, cu reagenți pentru calibrare. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Proba cu timol.	ISO, CE.
7	33696500-0	Hb Drabkin	Hb Chr - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Metoda de determinare fotometrică. Material p/u investigații: sânge proaspăt integru cu K3EDTA. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 10,0 g/l, coeficientul de variație intraserial ≤ 2%, liniaritatea: 20-200 g/l. Interferențe: acid ascorbic până la 0,56 mmol/l, glucoza până la 28 mmol/l. Conținutul setului: 3 pachete cu reagent transformator uscat, 3 fiole cu acetocianhidrină 0,5 ml, 1 flacon cu sol. de calibrare a Hb 120 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Hemoglobina fără ferocianid pentru determinarea fotocolorimetrică a hemoglobinei. Reagent concentrat (1:100) 3fl x 10ml = 3000ml reagent de lucru.	ISO, CE.
8	33696500-0	Teste pentru determinarea sifilisului cu RPR Carbon Ag în ser ori plasmă (150 teste).	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Reactiv carbon RPR 1x3 ml (150 de teste): particule de carbon, acoperite cu un complex de lipide (cardiolipină, lecitină și colesterol) în tampon fosfat , pH 7,0 care conține un conservant.Set conține control pozitiv 1 ml și control negativ 1 ml.	Teste pentru determinarea sifilisului cu RPR carbon Ag în ser ori plasmă. Set 100 teste cu control pozitiv și negativ.	ISO, CE.
9	33696500-0	Hipoclorit 0,5%	Clean Cell-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Flacoane din plastic cu volumul de 100 ml	Soluție de hipoclorid, 0,5%, amb. 100ml.	ISO, CE.
10	33696500-0	Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.	Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale, în amabalaj individual.	ISO, CE.

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 22.01.2023
Valabilitatea ofertei - 30 zile.