

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1672751649075 / 21070961							
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile a.2023 / IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile							
Nr.Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6	7
50	33696500-0	Reagent pentru diluarea probelor la analizatorul hematologic MYTHIC 18 Orphee ELVETIA	HM18-009-20	Elvetia	ORPHEE	Vezi anexa nr.17 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Mythic 18 Diluent
50	33696500-0	Soluție de spălare Protiolítico-enzimatică la analizatorul hematologic MYTHIC 18 Orphee ELVETIA	HM18-007-1	Elvetia	ORPHEE	Vezi anexa nr.17 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution
50	33696500-0	Reagent lising la analizatorul hematologic MYTHIC 18 Orphee ELVETIA	HM18-008-1	Elvetia	ORPHEE	Vezi anexa nr.17 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution
50	33696500-0	Controlul pentru analizatorul hematologic MYTHIC 18 Orphee ELVETIA	03D222TA2	France	BIO-TECHNE	Vezi anexa nr.17 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	CBC-3d 6*2,0 ML 3 Levels (2+2+2)
64	33696500-0	Test rapid de diagnostic HIV 1/2	72330 Genie Fast HIV 1/2 Assay 50 tests	Franta	Bio Rad	<p>Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma).</p> <p>Durata testării – 10 - 60 minute.</p> <p>Sensibilitatea la HIV > 99%</p> <p>Specificitatea la HIV > 99%</p> <p>Testele trebuie să fie precalificate de OMS. Produsul oferit trebuie să fie diferit de First response HIV 1-2 o card test (produs de către Premier Medical Corporation Private Limited), deoarece acest produs a fost desemnat câștigător pentru test de alternativa 1 în cadrul Programului Național.</p>	<p>Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma).</p> <p>Durata testării – 10 - 60 minute.</p> <p>Sensibilitatea la HIV > 99%</p> <p>Specificitatea la HIV > 99%</p> <p>Testele trebuie să fie precalificate de OMS. Produsul oferit trebuie să fie diferit de First response HIV 1-2 o card test (produs de către Premier Medical Corporation Private Limited), deoarece acest produs a fost desemnat câștigător pentru test de alternativa 1 în cadrul Programului Național.</p>

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova