

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1704827226480 din 15.01.2024						
Obiectul de achiziției: Achiziționare echipamente medicale teste rapide						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 1						
Test rapid Step A, din exudat farinfian, caseta	GCSTR-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	<p>Test rapid Step A, din exudat farinfian, caseta, include: Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate in aplicare (l-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.</p>	<p>Test rapid Step A, din exudat farinfian, caseta, include: Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea = 97,1 % Specificitatea = 99,4 % Simplicitate in aplicare (2 etape) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Catalogul și instrucțiune de la producător se anexează.</p>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 2						
Test rapid Influenza A+B. din probe nazale, caseta	GCFLU(A/B)-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	<p>Test rapid Influenza A+B. din probe nazale, caseta, include: Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate in aplicare (l-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.</p>	<p>Test rapid Influenza A+B. din probe nazale, caseta, include: Nazofaringian/Nazal (Tip A - Sensibilitatea = 92,6 % Specificitatea = 96,4 % ; Tip B - Sensibilitatea = 90 % Specificitatea = 95,8 %). Simplicitate in aplicare (2 etape) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Catalogul și instrucțiune de la producător se anexează.</p>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 5						

Test rapid Salmonella, din masele fecale, caseta	8.16.82.0.0025	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	<p>Test rapid Salmonella, din masele fecale, caseta, include: Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate in aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.</p>	<p>Test rapid Salmonella, din masele fecale, caseta, include: Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate in aplicare (2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Catalogul și instrucțiune de la producător se anexează.</p>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 7						
Test rapid E.Coli, din masele fecale, caseta	8.16.40.0.0025	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	<p>Test rapid E.Coli, din masele fecale, caseta, include: Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate in aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.</p>	<p>Test rapid Salmonella, din masele fecale, caseta, include: Sensibilitatea = 85 % Specificitatea = 99 % Simplicitate in aplicare (2 etape) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Catalogul și instrucțiune de la producător se anexează.</p>	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9