

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1695990213000 din 03.11.2023

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) (listă suplimentară nr. 33)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertanta	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Microcentrifugă	Centric 220 MF IVD + rotor RA 24/2 - Order ref. No.: 437480	Slovenia	Domel	Conform Caietului de sarcini	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 24 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular (<i>Brosura Lot 2 centric_mf_220, pag 2, rotor RA 24/2 - Order ref. No.: 437480</i>). Gama de control al vitezei 200 - 15500 rpm (increment 100 rpm) (<i>Brosura Lot 2 centric_mf_220, pag 2, rotor RA 24/2 - Order ref. No.: 437480 / pag. Max. rotation speed 1200 to 15.500 rpm in steps of 100 rpm</i>). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 100–25.785 × g (<i>Brosura Lot 2 centric_mf_220, pag 2 Max. centrifugal force 100 to 25.785 x g in steps of 100 x g</i>). Setarea timpului digital 10 s - 99:50min (increment 10 s) (<i>Brosura Lot 2 centric_mf_220, pag 1, Time 10s to 99:50min, in steps of 10s, continuous run at HOLD function</i>). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” (<i>Manual de utilizare Lot 2 Domel Centric CF & MF 220 IVD, pag.12 The centrifuge is equipped with imbalance sensor/ In case of rotor imbalance during operation, the centrifuge will automatically stop, and the display will show error message ERROR E30.</i>). Dimensiuni generale 280 x 370 x 226 mm. Greutate 14 kg (<i>Brosura Lot 2 centric_mf_220, pag 1, table specificatii tehnice</i>), interiorul camerei de	

						centrifugare din inox (<i>Brosura Lot 2 centric_mf_220, pag 1, MAIN FEATURES:</i> > <i>Stainless steel chamber</i>) si capacul protector din material acoperit cu vopsea antioxidabila .	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau