

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21055797, din 15/07/2022						Data: 15/07/2022	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022						Lot: 2;	Pagina 1 din 1
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
2	Aparat pentru testarea rapidă cu determinarea cantitativă prin tehnologia microfluidică și imunofluorescenta	AFR 200	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.	Dispozitiv diagnosticare in vitro; Dispozitiv portabil, dotat cu mâner; Dispozitivul preconizat pentru testare chip sau echivalent, prin tehnologia microfluidică și imunofluorescență cu toate consumabilele incluse; Reactivii să fie ambalați individual, pentru fiecare test/pacient separat; Sistem de verificare a controlului de calitate intern al echipamentului – oferit gratuit; Timpul de eliberare al rezultatului de la introducerea probei în aparat – maxim 4 minute; Citirea cantitativă a imunofluorescenței probei să fie prin laser cu o precizie ridicată sau echivalent; Aparatul să poată efectua o gamă de teste: Markerii cardiaci: troponina I, mioglobina, test cardiac triplu (CK-MB/Myoglobin/Troponin I), BNP; Pentru o acuratețe sporită a rezultatelor aparatul să poată lucra din ser sau plasma; Aparatul să nu necesite operațiuni de întreținere din partea operatorului; Interfața aparatului să fie touch screen, user-friendly; Aparatul să fie însoțit de propria imprimantă termică pentru eliberarea rezultatelor; Aparatul să dețină propria stație de incubare pentru testele care necesită o incubare la o temperatură mai ridicată decât temperatura camerei sau echivalent; Aparatul să poată fi conectat la sistemul informatic al instituției; Capacitate de stocare internă a rezultatelor sau transfer de date prin USB; Dimensiuni maxime: 70x70x20cm; Voltaj: 220- 240V; Greutatea maximă: 3kg; Termen de garanție de la instalare - cel puțin 36 luni. Instalarea, instruirea personalului medical și punerea în funcțiune – gratuit; Deservirea pe perioada de garanție – gratuit; Scrisoare de garanție a producătorului că aparatul propus poate fi instalat în autoambulanțe; Certificat de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 98/79 EC. Termen de livrare maxim 30 zile lucrătoare din data semnării și înregistrării contractului. Operatorii economici participanți vor prezenta mostra produsului propus în termen de 10 zile lucrătoare din data deschiderii procedurii de achiziție în SIA RSAP.	Dispozitiv diagnosticare in vitro; - Corespunde Dispozitiv portabil, dotat cu mâner; - Corespunde Dispozitivul preconizat pentru testare chip sau echivalent, prin tehnologia microfluidică și imunofluorescență cu toate consumabilele incluse; - Corespunde Reactivii să fie ambalați individual, pentru fiecare test/pacient separat; - Corespunde Sistem de verificare a controlului de calitate intern al echipamentului – oferit gratuit; - Da, corespunde. Timpul de eliberare al rezultatului de la introducerea probei în aparat – maxim 4 minute; - Corespunde Citirea cantitativă a imunofluorescenței probei să fie prin laser cu o precizie ridicată sau echivalent; - Corespunde Aparatul să poată efectua o gamă de teste: Markerii cardiaci: troponina I, mioglobina, test cardiac triplu (Nr. Cat # FI AMI-435 CK-MB/Myoglobin/Troponin I), Nr. Cat # FI NBNP-402 BNP; - Corespunde Pentru o acuratețe sporită a rezultatelor aparatul să poată lucra din ser sau plasma; - Corespunde Aparatul să nu necesite operațiuni de întreținere din partea operatorului; Interfața aparatului să fie touch screen, user-friendly; - Corespunde Aparatul să fie însoțit de propria imprimantă termică pentru eliberarea rezultatelor; - Corespunde. Aparatul să dețină propria stație de incubare pentru testele care necesită o incubare la o temperatură mai ridicată decât temperatura camerei sau echivalent; - Corespunde Aparatul să poată fi conectat la sistemul informatic al instituției; - Corespunde (LIS, HIS) Capacitate de stocare internă a rezultatelor sau transfer de date prin USB; - Corespunde Dimensiuni maxime: 28x24x13cm; Voltaj: 220- 240V; Greutatea maximă: 3kg; - Corespunde Termen de garanție de la instalare - cel puțin 36 luni. - Corespunde Instalarea, instruirea personalului medical și punerea în funcțiune – gratuit; - Da Deservirea pe perioada de garanție – gratuit; - Da Scrisoare de garanție a producătorului că aparatul propus poate fi instalat în autoambulanțe; - Corespunde, Vezi manual de Utilizare Certificat de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 98/79 EC. - Da, Corespunde Termen de livrare maxim 30 zile lucrătoare din data semnării și înregistrării contractului. - Da Operatorii economici participanți vor prezenta mostra produsului propus în termen de 10 zile lucrătoare din data deschiderii procedurii de achiziție în SIA RSAP. - Da, Conform cerințelor	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova