

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1608809542054	Data: 14.01.2021	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivelor și articolelor pentru laborator	Lotul ”Reagenți pentru investigații imunologice, la analizatorul automat, tip închis,”VIDAS”	Pagina 1 din 18

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul ”Reagenți pentru investigații imunologice, la analizatorul automat, tip închis,”VIDAS”								
1	39369600-5	Tiroxina totala (T3)	T3 30403	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS T3 - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a triiodotironinei totale (T3) în serul sau plasma uman(ă), folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

2	39369600-5	Progesteron	PRG 30409	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS Progesterone - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a progesteronului în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
3	39369600-5	Termohirtie tip card pentru Mini-Vidas (11cm)	99091	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>Thermal printer paper, miniVidas, 110 mm</p>	CE, ISO

4	39369600-5	Cancer ovarian (CA-125)	CA-125 30426	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>Testul VIDAS CA 125 - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru masurarea determinantilor antigenici OC 125 in serul sau plasma umana, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
5	39369600-5	Anticorpi anti Toxoplasma gondii IGG	TXG 30210	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS TOXO IgG II - test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a anti-toxoplasmei IgG în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

6	39369600-5	Testosterone	TESII 414320	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS Testosterone II este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS în vederea determinării cantitative a testosteronului total în serul și plasma umane, utilizând tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
7	39369600-5	Anticorpi tiroid- peroxidazei (Anti- TPO)	ATPO 30461	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>Testul VIDAS Anti-TPO - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectia auto-anticorpilor tiroid-peroxidazei de clasa IgG (anti-TPO) in serul sau plasma umana, folosind tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

8	39369600-5	Tiroxina libera (FT4)	FT4N 30459	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS FT4 - test imunoenzimatic cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru determinarea a nivelurilor de tiroxină liberă (FT4) în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
9	39369600-5	Antigen carcinoembrionat (CEA)	CEAS 30453	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS CEA - test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a antigenului carcinoembrionic (CEA) în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

10	39369600-5	Anticorpi tirioglobulinei (Anti-TG)	ATG 30462	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>Testul VIDAS Anti-Tg - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectia auto-anticorpilor tiroglobulinei de clasa IgG (anti-Tg) in serul sau plasma umana folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
11	39369600-5	Cancer sBn (CA-153)	CA 15-3 30429	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS CA 15-3 - test automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a CA 15-3 în serul și plasma umană, utilizând tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

12	39369600-5	SARAS -CoV 2 IgG	9COG 423834	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>SARS-COV-2 IgG - test calitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS, pentru detecția imunoglobulinei G (IgG) specifice pentru SARS-CoV-2 în serul sau plasma umană (heparinat de litiu), folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
13	39369600-5	Anti citomegalovirus IgG (CMV IgG)	CMVG 30204	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS CMV IgG - test imunoenzimatic cantitativ automat pentru utilizarea pe familia de instrumenteVIDAS pentru măsurarea cantitativă a IgG anti-citomegalovirus în serul uman, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

14	39369600-5	Alfa-fetoproteina (AFP)	AFP 30413	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS AFP test automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a alfaproteinei umane în serul, plasma umană sau lichidul amniotic, utilizând tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
15	39369600-5	Cancer gastrointestinal (CA-199)	CA-199 30427	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>Testul VIDAS CA 19-9 - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectia antigenului reactiv 1116-NS-19-9 în serul sau plasma umana folosind tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

16	39369600-5	Gonadotropina (HCG)	HCG 30405	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS HCG - test automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a gonadotropinei corionice umane în serul, plasma, utilizând tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
17	39369600-5	Hormon tireotrop (TSH)	TSH 30400	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS TSH - test cantitativ automat pentru utilizare pe familia de instrumente VIDAS, pentru determinarea imunoenzimatică a nivelurilor de hormon de stimulare tiroidiană în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

18	39369600-5	Antigenul specific de prostată liber (FPSA)	FPSA 30440	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS FPSA - test cantitativ automat utilizat pe familia de instrumente VIDAS pentru măsurarea cantitativă a fracției libere a antigenului specific prostatic (PSA) din serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
19	39369600-5	Anticorpi al virusului hepatic C (HCV sumar)	HCV 30308	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS Anti-HCV - test automat calitativ pentru utilizarea pe instrumentele din gama VIDAS, pentru detecția anticorpilor IgG pentru virusul hepatitei C (anti-HCV) în serul sau plasma umană folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

20	39369600-5	Hormon luteinizant (LH)	LH 30406	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS LH - test automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a hormonului luteinizant uman în serul sau plasma, utilizând tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
21	39369600-5	Anticorpi al virusului hepatic Bcor sumar (Hbcor sumar)	HBCT 30314	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS Anti-HBc Total II - test calitativ automat pentru utilizarea pe instrumentele VIDAS, pentru detectarea anticorpilor totali impotriva antigenului principal al hepatitei B (anti-HBc) in ser uman sau plasma, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

22	39369600-5	Vitamina D imunofluorescent-fermentdependentă	VITD 30463	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL - test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS pentru determinarea 25-hidroxivitaminei D Totale in serul sau plasma umana, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
23	39369600-5	Hormon foliculo-stimulator (FSH)	FSH 30407	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS FSH - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, determinarea hormonului foliculostimulant în serul sau plasma uman(ă), folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

24	39369600-5	Prolactin	PRL 30410	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS Prolactin - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru determinarea imunoenzimatică a prolactinei umane în serul sau plasma uman(ă), folosind tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
25	39369600-5	Anticorpi anti-Helicobacter Pylory IgG	HPY 30192	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS H. pylori IgG - test calitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectia anticorpilor anti-Helicobacter pylori IgG in ser uman sau plasma umana folosind tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

26	39369600-5	Tiroxina totala (T4)	T4 30404	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS T4 - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de tiroxină totală (T4) în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
27	39369600-5	Virusul hepatic Be-antigen (Hbe)	HBE/HB ET 30305	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS HBe/Anti-HBe - test calitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS, pentru detectia antigenului E al hepatitei B (HBe Ag) sau a anticorpilor (anti-HBe) in ser uman sau plasma, utilizând tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

28	39369600-5	Antigenul virusului hepatic B (HBsAg)	HBS 30315	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS HBs Ag Ultra - test calitativ automat pentru utilizarea pe instrumentele VIDAS pentru detectia antigenului de suprafata al hepatitei B (HBs Ag) in ser sau plasma umana, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
29	39369600-5	Anti citomegalovirus IgM (CMV IgM)	CMVM 30205	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS CMV IgM - test imunoenzimatic calitativ automat pentru utilizare pe familia de instrumente VIDAS pentru detectarea IgM anti-citomegalovirus în serul uman, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 30 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

30	39369600-5	Antigenul specific de prostată total (TPSA)	TPSA 30428	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS TPSA - test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectia cantitativa a nivelului antigenului specific prostatei in ser sau plasma umana, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control - inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
31	39369600-5	Anticorpi anti-Toxoplasma gondii IgM	TXM 30202	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS TOXO IgM - test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a anti-toxoplasmei IgM în serul uman, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

32	39369600-5	SARAS -CoV 2 IgM	9COM 423833	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS SARS-COV-2 IgM - test calitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS, pentru detecția imunoglobulinei M (IgM) specifice pentru SARS-CoV-2 în serul sau plasma umană (heparinat de litiu), folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
33	39369600-5	Triiodotironina libera (FT3)	FT3 30402	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS FT3 - test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de triiodotironină liberă (FT3) în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

34	39369600-5	Estradiol	E2II 30431	Franța	BioMérieux	<p>Cerințe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	<p>VIDAS Estradiol II - test imuno-enzimatic cantitativ automat pentru utilizarea pe familia de instrumente VIDAS pentru măsurarea cantitativă a 17 β - estradiolului în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
----	------------	-----------	---------------	--------	------------	---	---	------------

Semnat:

Nume: **Bondarciuc Roman**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1**

Data: **14.01.2021**