

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : **ocds-b3wdp1-MD-1630999706413**

Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mica -Termometru medical

Autoritatea contractanta : **IMSP SCMS MPS**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
38412000-6	1	Termometru medical		China	Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Termometru medical clasic fără mercur, corp din sticlă, ambalaj individual, utilizat pentru măsurarea temperaturii corpului la pacienți. Conținut de elemente chimice ecologice și nontoxice. Domeniul de măsurare 35 ° C – 42 ° C. Gama minimă de scară 0,10 ° C. Precizie 0,1 ° C. Vîrf impermiabil.	Termometru medical clasic fără mercur, corp din sticlă, ambalaj individual, utilizat pentru măsurarea temperaturii corpului la pacienți. Conținut de elemente chimice ecologice și nontoxice. Domeniul de măsurare 35 ° C – 42 ° C. Gama minimă de scară 0,10 ° C. Precizie 0,1 ° C. Vîrf impermiabil.	ISO, CE Declaratie de conformitate

Semnat: Numele, Prenumele:

Stela POTINGA În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

