

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21005572						Data: 29.03.2019		
Denumirea: <u>Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat) pentru anul 2019</u>						<u>Lot/poz: 10</u>		
Nr .	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
10	33100000-1	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	SP-05003-01	Turcia	Bayteks	Unitatea de măsură: Bucată reprezintă Set format din: 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție. 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pelea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 pereche: Bol renal -1 buc.: Pinceta-1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color, 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator -1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara - deschidere-inchidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035" Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock 1 buc.: Seringă 10 ml cu luer lock 1buc: seringă de 5 ml cu luer lock 1 buc.: dispencer. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO	Unitatea de măsură: Bucată reprezintă Set format din: 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție. 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pelea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 pereche: Bol renal -1 buc.: Pinceta-1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color, 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator -1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara - deschidere-inchidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035" Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock 1 buc.: Seringă 10 ml cu luer lock 1buc: seringă de 5 ml cu luer lock 1 buc.: dispencer. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO	ISO

					13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Ofertanții vor garanta un termen de valabilitate și garanție a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Ofertanții vor garanta un termen de valabilitate și garanție a produselor de minim 12 luni din momentul livrării.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, prenumele: ***Boris Granaci***

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2, of.71