

Analizator hematologic, automat (3 diff), tip inchis 40 probe

Descriere **Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi**

Parametrul	Specificația CS Taul	Specificatia BH-40P
Tip sistem	Inchis	Corespunde
Metode de analiză	3 diff	Corespunde
Procedura de curățire	Automată	Corespunde
Parametri determinați și calculați:	WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT	Corespunde
Capacitate (probe/oră)	≥ 40	≥ 42
Diluarea	Automată	Corespunde
Cantitate reagenți	≤ 2 (Diluent, Soluți de lizare)	Corespunde
Afișaj	Graphic	Corespunde
Imprimantă	Încorporată	Corespunde
Sistem ID pacient	Da	DA
Introducerea datelor	Manual	DA
Interfața PC	Da	DA
Afișarea histogramei	Da	DA
Stocarea datelor	Da	DA
Calibrarea-	Automată	DA
Histograme:	WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum	Corespunde
Afișarea pe ecran a tuturor datelor	Histograme	DA
Rezultate	Grafice	DA
rezultate din arhivă	date de service	DA
Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient	DA
Indicatori de avertizare	Da	DA
Control al calității	în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings	DA
Limba de comunicare	rom/rus	Eng/RUS
Memorie internă	> 1000 pacienți	> 1000 pacienți
Accesorii	Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare	Corespunde
Alimentare	220 V, 50 Hz	240V, 50/60 Hz
Certificat	Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului	