

Anexa Nr.1

IM Vivamed International SRL partener autorizat a firmei Siemens

prezintă

Sistem radiographic digital Multix Impact

De firma Siemens pentru LP 21040245

<https://www.siemens-healthineers.com/radiography/digital-x-ray/multix-impact>

Sistem radiografic digital Descrierea Sisteme radiografice de uz general sunt utilizate pentru a efectua procedurile de rutină cu raze x pentru diagnosticare oferite de cele mai multe spitale, clinici private, cabinete medicale, precum si centre de îngrijire urgentă. Parametru Specificația Modul radiologic Digital Detector unic da Tip masa Tip Piedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinal, cm de la 90 Lateral, cm 24 Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al Greutatea maximă a pacientului, kg 200, în mișcare Suportul mesei Pedestal Sistem de control electromagnetic Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm ≥ 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 câmpuri Raportul grilei ≥ 10:1 Deplasarea longitudinală, cm 50 Servolegătura la tubul X-ray da Detector Mărimea detector, cm ≥ 35x43 Configurare detector Fără fir da Caracteristicile detectorului Dimensiunile matricei, pixeli ≥ 3070x2400 Mărimea pixelului ≤ 140 μm Tip CSI (Celsiu iodid) s-au analogic da Panou de control Selectarea automată a parametrilor da Post-procesarea anatomică specifică da Procesarea manuală da Procesarea avansată da Generator de raze X Puterea maxima ≥ 65 kW Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 650 mA	Multix Impact de firma Siemens, Germania cu 1 detectoar 43x43 cm, masa radiografică, stand vertical, coloana suport, colimator cu mișcări motorizate și sincronizate. Da Pagina 5 Data Sheets Da Da 88 28 0,7 300 Da Da Da 43x43 3 Da 100 Da 43x43 Corel XL Pagina 10 Da WiFi 3,070 x 3,070 138 CSI Da Da Da Da Pagina 6 65
---	---

Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2	650 mA la 100 kV
Domeniu curent (mA) 10-800 mA	0.6 și 1.2
Domeniu tensiune (kV) 40-150 kV	10-800
Tubul de raze X Anod rotativ da	40-150
Viteza de start a anodei, rpm min. 9000 rpm	Da
Capacitatea termică, KHU $\geq$ 300	10800
Rata de răcire, HU/min. $\geq$ 1250	350
Panou de control pe tubul radiologic da	97000
Auto-tracking (Sincronizare automata cu tubul radiologic) da	Da
Suspensia tubului	Da
Controlul razelor X a tubului montat da	Pagina 6
DAP-metru Incorporat da	Da
Afișarea dozei in format DICOM da	Da
Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog)	Da
CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic	Da
RAM (memorie operativă) min. 8 Gb	Da Pagina 12
HDD min. 1 TB	Da
Monitor medical min. 21 inci	500Gb ssd+500Gb SATA
min. 400 CD/m2	23,8
min. 2 Mgpixel	400
CD/DVD da	2,1
Software de achiziție a imaginii da	Da
Preseturi personalizate da	Da
Interfața software rus/rom	Da
Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere, baza de date	Da
UPS min.. 600 VA	Da
Stație de arhivare și procesare a imaginii CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic	Da
RAM(memorie operativă) min. 8 Gb	Da
HDD min. 2TB	Da
Monitor medical min. 21 inci	Da
min. 700 CD/m2	Da
min. 3 Mgpixel	Da
CD/DVD da	Da
Software de procesare si arhivare da	Da
Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere,baza de date	Da
Imprimanta p/u rapoarte da	Da
UPS min. 600 VA	Da
Imprimantă DICOM	Da
Tave accesibile simultan min. 2 buc	Da Agfa Drystar 5302
Tip laser s-au analogic	Termoprinter
Rezolutie, dpi min. 300 dpi	Da
Productivitate, filme/ora (35x43 cm) min. 80/oră	Da
Sticlă plumbată min.im 1x0,8 m	Da
Guleraș de protecție 2 seturi	2
Sort de protecție 2 seturi	2
Ochelarii de protecție 2 seturi	2
Șorț protector pentru gonade 2 seturi	2
Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da	Da
Cerințe față de alimentarea electrică Standard"	Da

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director	
Ofertantul: IM Vivamed International SRL. Adresa: str. Bogdan Voievod, 7 of. 5	