

Specificații tehnice

Nr. Licitației		21080827					Data: 06.06.2023		Alternativa Nr.:
Denumirea Licitației		"Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 (repetat)"					Lot. 1.2		Pagina: 1 din 1
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Dializator suprafața 0,2-0,3 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg,	Dializator suprafața 0,2-0,3 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg,	SMARTFLUX LFP03	Italia	MEDICA	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,2 -0,3 m. Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 18 -20 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 76; - creatinina ≥ 60 -fosfați ≥ 40 - vitamina B-12 ≥ 19	Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP03 - Dializator suprafața 0,3 m. Coeficientul de urtrafiltrare 3.8 ml/or mm Hg. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 3.8ml/oră. Volumul de umplere 20 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 75; -creatinina 60 -fosfați42 - vitamina B-12 19	CE/ISO DM000377057
33100000-1	2	Dializator suprafața 0,4 -0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg,	Dializator suprafața 0,4 -0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg,	SMARTFLUX LFP06	Italia	MEDICA	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,4 -0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 28 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfați ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20	Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP06 - Dializator suprafața 0,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare 7.5 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 7.5ml/oră. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 151; - creatinina 122; -fosfați78; - vitamina B-12 30	CE/ISO DM000377058

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21080827						Data: 06.06.2023			Alternativa nr.			
Denumirea licitației: "Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 (repetat)"						Lot. 1.2			Pagina 1 din 1			
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ	Beneficiar
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	1	Dializator suprafața 0,2-0,3 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg,	Dializator suprafața 0,2-0,3 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg,	buc	50	611.8000	734.1600	30,590.0000	36,708.0000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	35 000,00	IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1	2	Dializator suprafața 0,4 - 0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg,	Dializator suprafața 0,4 - 0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg,	buc	250	547.4000	656.8800	136,850.0000	164,220.0000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	150000	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Total ofertă								167,440.00	200,928.00			

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B