



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-2990 din 28.09.2022

**Operatori economici  
Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1662124713884 Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 18), vă comunică decizia nr.1 din 27.09.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Țara de origine/ Producător	Ofertant
1	1-08338	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	bucată	1	1594000,00	1 912 800	1594000,00	1 912 800	PRS 500E/PROTEC GmbH&Co. KG/Germania	MEDEXCOM-TEH SRL
2	2-08338	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	bucată	1	22 700,00	27 240,00	22 700,00	22 700,00	INOPR 130L/Inovia/Turcia	- Neotec

**Ofertanții respinși/descalificați:**

**Lotul 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)**

- Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei / Deplasarea longitudinală, 50 cm s-a oferit 38 cm.

**Lotul 3 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe**

- Oferta operatorului economic **Profilabdiagnostic SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Viteza de rotație / Maximală, rpm  $\geq$  6000 s-a oferit 4500 rpm; 2. S-a solicitat Indicatori / Debalansare s-a oferit fără.

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: bunul oferit este echipament electric, s-a solicitat dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: termenul de livrare s-a solicitat 60 de zile s-a oferit 75 de zile.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

**Lotul 3 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe**

În același timp, menționăm că pentru lotul anulat, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **11.10.2022**, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, operatorul economic Neotec, a depus Declarația cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale în termen de 15 zile de la solicitarea autorității contractante, respectiv, contractul va fi înregistrat după ce operatorul economic va prezenta dovada înregistrării bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale odata cu contractul, în caz contrar oferta va fi respinsă.

**Președintele grupului de lucru**

**semnat electronic**

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex. Irina Arvinte  
Tel. 022 222 364*