

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1695911104792					Data: „12” Noiembrie 2023		
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 30)							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6		8
3310-0000-1	25	"Analizator imunologic fluorescent portativ	"Analizator imunologic fluorescent portativ	POCT Analyzer VIM01	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd	"Analizator imunologic fluorescent portativ pentru detectarea cantitativa in vitro a biomarkerilor pentru Diabet zaharat, Infecții, Boli Cardiovasculare, Hormoni, Boli Gastrice, Boli Renale, Oncologii, destinat analizei componentei sanguine, urina. Specificația: Metode imunologice cu fluorescență Parametri măsurați și raportați : Markerii cardiaci: (cTnI; BNP; NT-proBNP; CK-MB/cTnI/Myo; CK-MB/cTnI; H-FABP; CK-MB/cTnI/H-FABP; CK-MB; ST2) Markerii de coagulare: (D-Dimer) Inflamatorii (hs-CRP-CRP; PCT; PCT/CRP; SAA; SAA/CRP; IL-6) Renali: (CysC; mAlb; NGAL; B2-MG; Diabet: (HbA1c) Metabolic Marker (25-OH-VD); Hormoni glanda teroidă: (TSH ; T3; T4; fT3; fT4) Fertilitatea: (HCG+B; LH; FSH; AMH; PRL; Progesteron) Markerii Tumoral: (tPSA; fPSA; AFP; CEA) Infecții: (Anti-HCV; Anti TP; Anti-HIV; HBsAg; Anti-HBs; 2019-nCoV IgM/IgG ; SARS-CoV-2 Antigen; SARS-CoV-2 Total Antibody/Neutralizing Antibody; H.Pylori) ; Altele: Ferritin; Total IgE Determinarea cantitativă a rezultatelor Control al calității pentru fiecare test Ecran LCD touch screen Reactivi/Teste identificați prin cod de bare, cu identificarea lotului și a datei de expirare Afișarea pe ecran a datelor Posibilitatea de conectare la internet Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine Posibilitatea de setare pentru valori de panică Unitățile de măsură programabile de către operator Înregistrări de date pe sistem > 5 000 Imprimantă termică încorporată Încărcare/descărcare informații de control -Port USB pentru încărcare de date și pentru stocare de date regim off-line Baterie încorporată." "	"Analizator imunologic fluorescent portativ pentru detectarea cantitativa in vitro a biomarkerilor pentru Diabet zaharat, Infecții, Boli Cardiovasculare, Hormoni, Boli Gastrice, Boli Renale, Oncologii, destinat analizei componentei sanguine, urina. Specificația: Metode imunologice cu fluorescență Parametri măsurați și raportați : Markerii cardiaci: (cTnI; BNP; NT-proBNP; CK-MB/cTnI/Myo; CK-MB/cTnI/H-FABP; CK-MB/cTnI/H-FABP; CK-MB; ST2) Markerii de coagulare: (D-Dimer) Inflamatorii (hs-CRP-CRP; PCT; PCT/CRP; SAA; SAA/CRP; IL-6) Renali: (CysC; mAlb; NGAL; B2-MG; Diabet: (HbA1c) Metabolic Marker (25-OH-VD); Hormoni glanda teroidă: (TSH ; T3; T4; fT3; fT4) Fertilitatea: (HCG+B; LH; FSH; AMH; PRL; Progesteron) Markerii Tumoral: (tPSA; fPSA; AFP; CEA) Infecții: (Anti-HCV; Anti TP; Anti-HIV; HBsAg; Anti-HBs; 2019-nCoV IgM/IgG ; SARS-CoV-2 Antigen; SARS-CoV-2 Total Antibody/Neutralizing Antibody; H.Pylori) ; Altele: Ferritin; Total IgE Determinarea cantitativă a rezultatelor Control al calității pentru fiecare test Ecran LCD touch screen Reactivi/Teste identificați prin cod de bare, cu identificarea lotului și a datei de expirare Afișarea pe ecran a datelor Posibilitatea de conectare la internet Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine Posibilitatea de setare pentru valori de panică Unitățile de măsură programabile de către operator Înregistrări de date pe sistem > 5 000 Imprimantă termică încorporată Încărcare/descărcare informații de control -Port USB pentru încărcare de date și pentru stocare de date regim off-line Baterie încorporată." "	DOC, CE, DM000137960
3310-0000-1	30	Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)	Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)	Histo-Tek® VP1™ (1700)	Japonia	Sakura Seiki Co. Ltd.	Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) Cod Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom Parametrul Specificația Caracteristici generale Dimensiuni maxime Capacitatea de procesare 200 de casete Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de procesare Minim 11 Containere pentru parafină 4 bucăți Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l Managementul proceselor Ecran Touchscreen Diagonală ecran Minim 10 inch Număr de protocoale memorate Minim 10 Etape de prelucrare Minim 14 Metode de manipulare a reagenților în cameră Prin vacuum și presiune Presiunea Maxim 35 kPa Vacuum Minim -70 kPa Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte Da Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă Da Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță Da Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare Da Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active Posibilitate de conectare la sistem de evacuare a aerului extern Da Consumabile Filtru de carbon 6 bucăți Parafină histologică 50 kg Înlocuitor de xilen 50 litri Cerințe față de producător și furnizor Certificate CE, ISO Training pentru personal medical Da Inginer local, certificat Da Timp de reacție la defecțiune Minim 24 ore Garanție 3 ani	A se vedea manualul dispozitivului „Operating manual Histo-Tek VP1 (GB).pdf” și broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf” Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea Țesuturilor biologice de tip închis) - Da, a se vedea broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf”; Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom - Da, a se vedea broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf”; Parametrul Specificația Caracteristici generale Dimensiuni maxime Capacitatea de procesare: 300 de casete, a se vedea „histo-tek-vp1-sakura.pdf”; Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de procesare - în total 12 rezervoare, 10 pentru reagenți și 2 pentru curățare, a se vedea broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf”; Containere pentru parafină: 4 bucăți, a se vedea broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf”; Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l - Da, a se vedea broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf”; Managementul proceselor Ecran Touchscreen - Da, a se vedea broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf”; Diagonală ecran 10.4 inch, a se vedea broșura „Brochure Histo-Tek VP1 (EN).pdf”; Număr de protocoale memorate Minim 10 - Da, 10, a se vedea Da, a se vedea pag. 1-14 (37) din „Operating manual Histo-Tek VP1 (GB).pdf” Etape de prelucrare Minim 14 - Da, 14 etape, a se vedea pag. 2 din „histo-tek-vp1-sakura.pdf”; Metode de manipulare a reagenților în cameră Prin vacuum și presiune - Da, a se vedea „histo-tek-vp1-sakura.pdf”; Presiunea Maxim 35 kPa - 34kPa, a se vedea „histo-tek-vp1-sakura.pdf”; Vacuum Minim -70 kPa, da, a se vedea „histo-tek-vp1-sakura.pdf”; Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte - da, utilizând funcția „Delayed Start”, a se vedea pag 2-7 (63) și pag. 2-10 (66) din „Operating manual Histo-Tek VP1 (GB).pdf” Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă - Da, a se vedea pag 1-15 (38) și 1-18 (41) din „Operating manual Histo-Tek VP1 (GB).pdf” Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță - Da, a se vedea pag 1-15 (38) și 1-18 (41) din „Operating manual Histo-Tek VP1 (GB).pdf” Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare - Da, a se vedea pag. 2 din „histo-tek-vp1-sakura.pdf”; Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active - Da, a se vedea pag. 2 din „histo-tek-vp1-sakura.pdf”; Posibilitate de conectare la sistem de evacuare a aerului extern - Da, a se vedea pag 1-15 (38) din „Operating manual Histo-Tek VP1 (GB).pdf” Consumabile Filtru de carbon 6 bucăți - Da, include în oferta de preț; Parafină histologică 50 kg - Da, inclusă în oferta de preț; Înlocuitor de xilen 50 litri - Da, inclus în oferta de preț; Cerințe față de producător și furnizor Certificate CE, ISO - Declarație de conformitate IVD; Training pentru personal medical - Da; Inginer local, certificat - Da; Timp de reacție la defecțiune Minim 24 ore - Da, a se vedea declarația; Garanție 3 ani - Da.	DOC, CE, Se anexează dosarul de înregistrare la aMDM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chişinău, or. Dureşti, str. Dureşti, 4