

		Specificații tehnice (F4.1)						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1695909003700					Data: „11” decembrie 2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024					Lot: _____	Pagina: __ din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (pentru adulți)	REXTON Mosaic M 20 8C	Germania	Sivantos GmbH	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an Îleșirea maximală - 128 dB și mai mult Câștigul maximal - 56-80 dB Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5% Anti-feedback- Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramelor) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesită a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - 2020 • Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an • Îleșirea maximală - 130 dB • Câștigul maximal - 61 dB • Nivelul de zgomot - 18 dB • Limita inferioară a diapazonului frecvențial 110Hz • Limita superioară a diapazonului frecvențial 8100Hz • Coeficientul distorsiunelor armonice - 1/2/3/-% • Anti-feedback- Prezent • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 16 • Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramelor) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți). Prezent • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</u> 1. Document: Date tehnice Mosaic M 20 8C - Produs: Mosaic M 8C , Rubricile: Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator - pag.2 / MyCore Platform / 20 8C - pag.6-7 2. Document: 2020_Catalog - Pag. 44 3. Document: H2 Catalog - Pag. 37 4. Declarație olivă individuală	IEC-118-0

3310000-1	2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți)	REXTON Mosaic P 20 8C	Germania	Sivantos GmbH	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA Nu mai puțin de 1an Ieșirea maximală 134 dB și mai mult Căștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500 Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deolăsarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) - 2020 • Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an • Ieșirea maximală - 141 dB • Căștigul maximal - 81 dB • Nivelul de zgomot - 17 dB • Limita inferioară a diapazonului frecvențial 120Hz • Limita superioară a diapazonului frecvențial 5900Hz • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/4/1/-% • Anti-feedback- Prezent • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 16 • Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți). Prezent • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Mosaic M 20 8C</i> - Produs: <i>Mosaic M 8C</i>, Rubricile: <i>Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator</i> - pag.2 / <i>MyCore Platform / 20 8C</i> - pag.6-7 2. Document: <i>2020_Catalog</i> - Pag. 44 3. Document: <i>H2 Catalog</i> - Pag. 37	IEC-118-0
3310000-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți)	REXTON Mosaic P 20 8C	Germania	Sivantos GmbH	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA- Nu mai puțin de 1an Ieșirea maximală - 140 dB și mai mult Căștigul maximal- 81dB și mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500 Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deolăsarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) - 2020 • Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an • Ieșirea maximală - 141 dB • Căștigul maximal - 81 dB • Nivelul de zgomot - 17 dB • Limita inferioară a diapazonului frecvențial 120Hz • Limita superioară a diapazonului frecvențial 5900Hz • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/4/1/-% • Anti-feedback- Prezent • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 16 • Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți). Prezent • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Mosaic M 20 8C</i> - Produs: <i>Mosaic M 8C</i>, Rubricile: <i>Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator</i> - pag.2 / <i>MyCore Platform / 20 8C</i> - pag.6-7 2. Document: <i>2020_Catalog</i> - Pag. 44 3. Document: <i>H2 Catalog</i> - Pag. 37	IEC-118-0

3310000-1	4	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (pentru copii)	SIGNIA Stretta M	Danemarca	WSAUD A/S	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor) Ieșirea maximală 128 dB și mai mult Căștigul maximal 56-80 dB Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA; Anti-feedback - prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) - 2022 • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1 an • Ieșirea maximală - 130 dB • Căștigul maximal - 61 dB • Nivelul de zgomot - 18 dB • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 110Hz • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 8100Hz • Coeficientul distorsiunelor armonice - 1/23/-% • Anti-feedback- Prezent • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 32 • Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA; • Anti-feedback - prezent; • Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv - Da; • Sincronizare și coordonare binaural - prezent - e2e wireless 3.0 (denumirea din fișa tehnică); • Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi gasite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Stretta M</i> - Pag.2, Produs: <i>Stretta M</i>, Rubricile: <i>Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator</i> - Pag.6 / <i>Stretta M / Features and accessories</i> - Pag.7 / <i>Stretta M / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0</i> 2. <i>Stretta_Catalog</i>	IEC-118-0
3310000-1	5	Proteze auditive pentru surditate severă (pentru copii)	SIGNIA Stretta HP	Danemarca	WSAUD A/S	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Ieșirea maximală 134 dB și mai mult Căștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA; Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) -2022 • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1an • Ieșirea maximală - 141dB; • Căștigul maximal - 81 dB; • Nivelul de zgomot - 17 dB; • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 120 Hz • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 5900Hz • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/41/-% • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii) - 32 • Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA; - da • Anti-feedback - Prezent • Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii - da • Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii - prezent - e2e wireless 3.0 (denumirea din fișa tehnică) • Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi gasite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Stretta HP</i> - Pag.2 Produs: <i>Stretta HP</i>, Rubricile: <i>Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator</i>. Pag.6 / <i>Stretta HP / Features and accessories</i> - Pag.7 <i>Stretta HP / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0</i> 2. <i>Stretta_Catalog</i>	IEC-118-0

3310000-1	6	Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru copii)	SIGNIA Stretta HP	Danemarca	WSAUD A/S	Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Ieșirea maximală 140 dB și mai mult Căștigul maximal 81dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale,„ Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării) -2022 • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1an • Ieșirea maximală - 141dB; • Căștigul maximal - 81 dB; • Nivelul de zgomot - 17 dB; • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 120 Hz • Limita superioara a diapazonului frecvențial - 5900Hz • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/4/1/-% • Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 32 • Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA; - da • Anti-feedback - Prezent • Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii - da • Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii - prezent - e2e wireless 3.0 (denumirea din fișa tehnică) • Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi gasite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Stretta HP</i> - Pag.2 Produs: <i>Stretta HP</i>, Rubricile: <i>Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator</i>. Pag.6 / <i>Stretta HP / Features and accessories</i> - Pag.7 <i>Stretta HP / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0</i> 2. <i>Stretta_Catalog</i>	IEC-118-0
3310000-1	7	Încărcătoare pentru aparate auditive	REXTON	Danemarca	WSAUD A/S	Baterii Zinc Air, nr. în dependenta de modelul aparatului auditiv (Nr.13 sau Nr. 675), se solicita cite 2 seturi de încărcătoare, 12 bucăți baterii (în set sunt cite 6 baterii).	Baterii Zinc Air, nr. în dependenta de modelul aparatului auditiv (Nr.13 sau Nr. 675), se solicita cite 2 seturi de încărcătoare, 12 bucăți baterii (în set sunt cite 6 baterii).	

Semnat: Chirtoacă Ludmila, În calitate de: Administrator
Ofertantul: Acustmed SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49