

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 409 data: 20.04.2022CLIENT: FPC CHETON GRUP SRL Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1Solicitare: 11.04.2022Descrierea și identificarea probei : Email Alchidic „Palitra” ; proba 340Specificația referitoare la încercare: conform solicitareEsantionare ( loc / data / nume ): client FURNIZOR: clientData primirii probei : 12.04.2022 Data finalizării încercărilor: 20.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	218	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare **DA**  **NU**   
Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%  
\*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Precizari:**

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuarii incercarii

**OPINII SI INTERPRETARI :**


NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura

**ȘEF LABORATOR**  
chim. Mitru Daniela

Cod FPG-L 19 - 01

**EFACTUAT ÎNCERCAREA**

ing. Taras Mirela

S.C. OMNITEST  
LABORATOR S.A.

laborant Draghici Vetuta



Ex.nr. 1