

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 1: Dispozitiv pentru coloratia frotiului, metoda de coloratie Papanicolau Dispozitiv pentru colorarea frotiului, metoda de colorație Papanicolau. <u>Descriere:</u> Acest dispozitiv medical este destinat colorării automate a frotiurilor de sânge, a preparatelor microbiologice, citologice și a altor preparate pe lamele de sticlă conform unui program prestabilit. <u>Parametri si Specificatii:</u> Cantitatea stațiilor combinate- 10 buc; Stații de uscare -2 buc; Numărul de stații de spălare cu apă curentă- 1 buc; Numărul maxim de ochelari într-un treiped – 25 buc; Temperatura de uscare- +30 - +50 °C, ± 5; Ventilarea camerei de lucru – da; Display - LED, LCD; Numărul de metode de colorare incluse - ≥ 10; "Număr programabil de tehnici de colorare a preparatelor " - ≤ 30; "Numărul de operări tehnologice din programul de colorare " - ≤ 29; "Numărul fluidelor de proces " - ≤ 50; Alimentare - 220 V, 50 Hz.	MODEL PROPUS: Cromatec II + accesorii, (cod 17000001), producator SLEE, Germania. Dispozitiv pentru colorarea frotiului, metoda de colorație Papanicolau.-Corespunde. <u>Descriere:</u> Acest dispozitiv medical este destinat colorării automate a frotiurilor de sânge, a preparatelor microbiologice, citologice și a altor preparate pe lamele de sticlă conform unui program prestabilit. – Corespunde. <u>Parametri si Specificatii:</u> Cantitatea stațiilor combinate- 10 buc; -Corespunde (20 b.). Stații de uscare -2 buc; -Corespunde (5 b.). Numărul de stații de spălare cu apă curentă- 1 buc;- Corespunde (6 b.). Numărul maxim de ochelari într-un treiped – 25 buc;- Corespunde (30 b.). Temperatura de uscare- +30 - +50 °C, ± 5; - Corespunde (+30-+70 C). Ventilarea camerei de lucru – da;-Corespunde. Display - LED, LCD;-Corespunde, LED. Numărul de metode de colorare incluse - ≥ 10;- Corespunde. "Număr programabil de tehnici de colorare a preparatelor " - ≤ 30;-Corespunde. "Numărul de operări tehnologice din programul de colorare " - ≤ 29;-Corespunde. "Numărul fluidelor de proces " - ≤ 50;-Corespunde. Alimentare - 220 V, 50 Hz.-Corespunde. ■ Setări individuale de timp, pentru flexibilitate maxima; ■ Încărcare continuă cu coșuri glisante; ■ Sistem de gestionare a reactivilor pentru o calitate maximă și consecventă a colorării; ■ Conectivitate inteligentă a dispozitivelor pentru monitorizarea proceselor de colorare, aplicații pentru

	iOS și Android; ■ Zgomot de operare foarte silențios; ■ Curățare integrată a evacuării cu filtru de cărbune active; ■ Manevrare ușoară și intuitivă prin afișaj tactil de 7”; ■ Iluminare LED integrată a zonei de lucru; ■ UPS integrat; Randamentul glisează până la 1.800 pe oră; Cuva de colorare / spălare volum 400ml; Perioada de incubare 5 secunde până la 1 oră; Volum de aer evacuat / evacuat până la 200 m³ / h; <u>Accesorii:</u> <u>Componente standard:</u> Dispozitivul de bază (Cromatec II); Cuve de colorare (20 buc); Cuve de spălat (6 buc); Stație de încălzire ; Coș de transport (6 buc); Coșuri pentru diapozitive (6 buc); Container de transport cu lift; Insert pentru container din xilen cu capac pentru stația de descărcare; Furtun de alimentare și evacuare; Cablul de alimentare; Manual de utilizare.
--	--