

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699543139119 din 27.11.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biomicroscop (Lampă cu fantă) 170100	S260S Slit Lamp	China	SHANGHAI MEDIWORKS PRECISION INSTRUMENT S CO., LTD.	Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥ 100 Deplasare în adâncime, mm ≥ 100 Deplasare în înălțime, mm ≥ 30 Reglare fină de la joystick, mm $\geq \pm 10$ Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard Bec 2 buc.	Da, Lampa cu fanta model S260S Slit Lamp, producator SHANGHAI MEDIWORKS PRECISION INSTRUMENTS CO., LTD. – China. Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Parametrul Specificația Da, Sistemul de iluminare LED Lățimea fantei, mm 0-14, ajustabilă (continuu) Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Lungimea fantei, mm 0-14, ajustabilă (continuu) Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Rotirea, grade 0 -90 Unghiul rotire a fantei Slit Angle 0°~180° Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Filtre: albastru, verde, absorbție de căldură, galben Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Microscopul Tipul Binocular Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Mărire totală 10X, 16X, 25X Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope	CE, ISO

					S260/S260S”. Da, Metoda de schimbare a măririi manuala buton rotativ în 3 pași Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Gama de mișcare Deplasare laterală, mm 110 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Base: Lateral movement 110mm”. Da, Deplasare în adâncime, mm 115 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Longitudinal movement 115mm”. Da, Deplasare în înălțime, mm 30 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Vertical movement 30mm”. Da, Reglare fină de la joystick, mm 15 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “Fine base movement 15 mm”. Da, Reglarea înălțimii bărbiei, mm 80 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Chin-Rest:Vertical movement 80mm ”. Da, Alimentarea, 220 V, 50 Hz Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”. Da, Accesorii Setul standard Da, Bec 2 buc. LED bulbs Se anexează Manualul de utilizare și Catalogul “Slit Lamp Microscope”	
--	--	--	--	--	---	--

2	Autorefractometru Cod 170400	AR 7610	China	Nanjing Redsun Optical Co., Ltd	Autorefractometru Cod 170400 Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,3 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da Cerință față de producător Certificat CE În baza directivei dispozitivelor medicale ISO 13485 Da Declarația de conformitate Da în baza certificatului CE prezentat "	Da, Autorefractometru model AR 7610. Vezi catalogul atasat AR 7610. Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Da, Distanța vertex, mm 0, 12, 13.5, 15. Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Putere sferă (SPH) -30 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Axa 0 -180° (pasul 1°) Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Distanța pupilară, mm 10 – 86 (pasul 1) Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Diametru pupilar minim, mm 2. Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Display LCD 7” touch screen. Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Printer . Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Alimentare 220 V, 50 H. Vezi catalogul atasat AR 7610. Garanție 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da Certificat ISO 13485 Da Declarația CE de conformitate Da	CE, ISO
---	---	----------------	--------------	--	---	---	---------

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Serana Grup SRL,
mun.Chisinau, str.31 August 1989,
nr.64, of.40