

Lot 34. Lamele medicale

**Model dispozitiv pentru sudură: STW6810-RFID; Model casete: RFID Cassette;
Producător: Wuhan bms Medicaltech Co., Ltd.; Țara: China**

Specificație tehnică solicitată	Specificație tehnică oferită
Dispozitivele aflate în dotarea instituției: - dispozitiv pentru sudura sterilă a tuburilor Compodock – s2 (3 bucăți). Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit – 3 dispozitive medicale identice ca model de performanță și nu mai vechi anul producerii 2020. Nu se admit aparate reconditionate Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de suduri și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de sudură sterilă a tuburilor, total – 33500 suduri. Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Destinația: pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC a containerelor cu sânge/componente sanguine. Parametrii de lucru: • sudarea sterilă a tuburilor din PVC combinație umed-la-umed, uscat-la-uscat, umed-la-uscat; • asigură o sudură sterilă, sigură și ușor de lucrat; • ușor de manevrat manual; • Suport pentru două containere; • Creează suduri care îndeplinesc sau depășesc cerințele de rezistență la tracțiune conform ISO 3826-1; • Dotat cu ecran ce va indica parametrii de lucru; • Semnal acustic sau vizual la finalul procedurii. Lamele medicale 33500 sud Destinație: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine; Proprietăți: Compatibile cu tehnologiile oferite pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC; Forma de ambalare: set cu număr de suduri, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Se vor pune la dispoziție 3 dispozitive pentru sudura sterilă a tuburilor: BMS STW6810-RFID – 3 buc, dispozitiv nou, anul producției nu mai vechi de 2020. Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de suduri și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de suduri sterile a tuburilor, total – 33500 suduri. Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Destinația: pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC a containerelor cu sânge/componente sanguine – Da, Flyer STW6810-RFID.pdf. Parametrii de lucru: • sudarea sterilă a tuburilor din PVC combinație umed-la-umed, uscat-la-uscat, umed-la-uscat – Da, pag.4 Flyer STW6810-RFID.pdf; • asigură o sudură sterilă, sigură și ușor de lucrat - Da, pag.4 Flyer STW6810-RFID.pdf; • ușor de manevrat manual – Da, pag.2 DTS STW6810-RFID.pdf; • Suport pentru două containere – Da; • Creează suduri ce depășesc cerințele de rezistență la tracțiune conform ISO 3826-1 – Da, pag.4 Flyer STW6810-RFID.pdf „ISO 3826”, declarație din partea producătorului ISO 3826-1-2019 Declaration.pdf și raport pag. 3, Test Report ISO.pdf, conform căruia sudurile au trecut testul de rezistență timp de 5 min la o forță aplicată de 40N, echivalentul unei mase de 4kg. • Dotat cu ecran ce va indica parametrii de lucru - Da, pag.2 DTS STW6810-RFID.pdf; • Semnal acustic sau vizual la finalul procedurii – Da, semnal acustic și vizual la finalul procedurii; Lamele medicale 33500 sud – Da, casete RFID – 112 bucăți, fiecare casetă efectuează 300 de suduri, total – 33600 suduri, pag.2 DTS STW6810-RFID.pdf; Destinație: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine – Da; Proprietăți: Compatibile cu tehnologiile oferite pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC – Da, pag.1 DTS STW6810-RFID.pdf; Forma de ambalare: set cu număr de suduri, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;