

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781158185526 din 03.07.2026

Obiectul achiziției: Veselă de laborator (sticlă și unică folosință)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
287	Tuburi PCR de 0.2 ml în stripuri cu capace optice	0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile, clear pkg 120 Ref: TLS0801	Franța	Bio Rad	Bucătă = tub PCR de 0.2 ml în stripuri a câte 8 tuburi/strip cu capace optice. Ambalaj de 125x8 tuburi PCR în stripuri, cu capace optice; Gradul de puritate sau calitate: fără RNase, fără DNase; Viteza de reacție: Standard; Stare de expediere: temperatura camerei; Culoare: transparent/optical. Pentru utilizare cu echipament: CFX Opus 96 Real-Time PCR System;	Bucătă = tub PCR de 0.2 ml în stripuri a câte 8 tuburi/strip cu capace optice. Ambalaj de 120x8 tuburi PCR în stripuri, cu capace optice; Gradul de puritate sau calitate: fără RNase, fără DNase; Viteza de reacție: Standard; Stare de expediere: temperatura camerei; Culoare: transparent/optical. Pentru utilizare cu echipament: CFX Opus 96 Real-Time PCR System;	CE/ISO
		0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, ultraclear, pkg 120 Ref: TCS0803	Franța	Bio Rad			CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levinga Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2