

## Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710916320880 din 29.03.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea Echipament medical oftalmologic – autorefractometru

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autorefractometru	RMK - 150	China	Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.	<p>Anul producerii 2024.</p> <p>Caracteristici tehnici:</p> <p>Distanța vârfurilor (VD) mm: 0; 10(zece); 12; 13,5; 15.</p> <p>Refracție, sferă (SPH), dioptrii –25,0 până la +22,0; pas 0,12 sau 0,25.</p> <p>Refracție, cilindru (CYL), dioptrii –10, până la +10,0; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Axa (AX), grade 1–180°, pas 1°</p> <p>Distanța interpupilară, mm 10–85.</p> <p>Diametrul minim al pupilei, mm 2,0.</p> <p>Keratometrie</p> <p>Raza de curbură, mm 5,0–10,2, pas 0,01</p> <p>Refracția corneei, dioptrii 33,0–67,5; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Diametrul corneei, mm 2–12, pas 0,1.</p> <p>Ieșire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică încorporată.</p> <p>Greutate: 20–22 kg.</p> <p>Documente: proces-verbal de predareprimire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin de 24 luni), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p>	<p>Anul producerii 2024.</p> <p>Caracteristici tehnici:</p> <p>Distanța vârfurilor (VD) mm: 0; 10(zece); 12; 13,5; 15.</p> <p>Refracție, sferă (SPH), dioptrii –25,0 până la +22,0; pas 0,12 sau 0,25.</p> <p>Refracție, cilindru (CYL), dioptrii –10, până la +10,0; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Axa (AX), grade 1–180°, pas 1°</p> <p>Distanța interpupilară, mm 10–85.</p> <p>Diametrul minim al pupilei, mm 2,0.</p> <p>Keratometrie</p> <p>Raza de curbură, mm 5,0–10,2, pas 0,01</p> <p>Refracția corneei, dioptrii 33,0–67,5; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Diametrul corneei, mm 2–12, pas 0,1.</p> <p>Ieșire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică încorporată.</p> <p>Greutate: 21 kg.</p> <p>Documente: proces-verbal de predareprimire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin de 24 luni), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p>	CE, ISO

					Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2024	Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2024	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

**Numele, prenumele: Antonova Anna**

**În calitate de: Administrator**

**Ofertantul: Serana Grup SRL,**

**mun.Chisinau, str.31 August 1989,**

**nr.64, of.40**