

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765197315618 din 08.12.2025
Obiectul achiziției: Echipament medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Dispozitiv cu unde scurte – UVC (electrozi + inductor)						
Lotul nr. 1 - Dispozitiv cu unde scurte – UVC (electrozi + inductor)	Model UVC - 80	Federația Rusă	Мед ТеКо	Mod funcționare: Continuă Frecvență lucru: 27,12 MHz Puterea de iesire reglabilă electrozi : min 10 W – max 80 W, 9 trepte Reglaj putere inductor rezonant: 10–30 W, 4 trepte Timer: 1–99 min Timp de inițiere (Start up): ≤ 30 s Timp funcționare continuă: Max. 6 ore Control: electromecanic Reglare automată rezonanță Da Dimensiuni unitate: max 430 × 289 × 174 mm Greutate totală max 9 kg Tensiune alimentare 220 V / 50 Hz Consum energie max 250 VA Kit electrozi min 12 bucăți	Mod funcționare: Continuă - DA Frecvență lucru: 27,12 MHz - DA Puterea de iesire reglabilă electrozi : min 10 W - max 80 W, 9 trepte - DA Reglaj putere inductor rezonant: 10 - 30 W, 4 trepte - DA Timer: 1 - 99 min - DA Timp de inițiere (Start up): ≤ 30 s - DA Timp funcționare continuă: Max. 6 ore - DA Control: electromecanic - DA Reglare automată rezonanță - DA Dimensiuni unitate: max 430 × 289 × 174 mm - DA Greutate totală max 9 kg - DA Tensiune alimentare 220 V / 50 Hz - DA Consum energie max 250 VA - DA Kit electrozi 12 bucăți - DA .	
Lotul nr. 2 - Dispozitiv profesional darsonval cu 2 canale, emisii de înaltă frecvență						
Lotul nr. 2 - Dispozitiv profesional darsonval cu 2	Model Korona - C	Украина	ДП Новатор	Nr. tratamente simultane: min 2 Intensitate de ieșire: 8–25 kV, reglabil discret	Nr. tratamente simultane: min 2 Intensitate de ieșire: 8–25 kV, reglabil discret Frecvență repetare impulsuri: 100 ±10 Hz Frecvența umplere impulsuri 110 ±50 kHz	

canale, emisii de înaltă frecvență				Frecvență repetare impulsuri: 100 ±10 Hz Frecvența umplere impulsuri 110 ±50 kHz Timer tratament: 1–20 min Greutate set: max 2,10 kg Alimentare: 220 ±22 V / 50 ±0,5 Hz Dimensiuni max. control 140×110×180 mm Dimensiuni max. transformator: 175×50×50 mm Kit standard electrozi: Min 12 tipuri diferite	Timer tratament: 1 - 20 min Greutate set: max - 2,10 kg Alimentare: 220 ±22 V / 50 ±0,5 Hz Dimensiuni max. control 140×110×180 mm Dimensiuni max. transformator: 175×50×50 mm Kit standard electrozi - 12 tipuri diferite - DA	
Lotul nr. 4 - Catedra de dușuri hidroterapie (charcot, circular, ascendent)						
Lotul nr. 4 – Catedra de dușuri hidroterapie (charcot, circular, ascendent)	Model Aquabela	Slovacia	MEDEXIM spol. s r.o.	Direcționarea duze reglabilă: 0° – 90° Nr. duze masaj manual min 2; Mixere termostactice min 2; Indicatoare presiune/temperatură - min 2 + 2; Corp cadă : fibră de sticlă antibacteriană; Componente metalice - Inox; Picioare reglabile - Da; Presiunea minima de alimentare cu apă 0,35-0,5 MPa; Debit apa pe jet 0-48 Litri/min; Temperatura maximă folosită 60 °;	Direcționarea duze reglabilă: 0° – 90° Nr. duze masaj manual min 2; Mixere termostactice 2; Indicatoare presiune/temperatură - min 2 + 2; Corp cadă : fibră de sticlă antibacteriană; Componente metalice - Inox; Picioare reglabile - Da; Presiunea minima de alimentare cu apă 0,35-0,5MPa; Debit apa pe jet 0-48 Litri/min; Temperatura maximă folosită 60 °;	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6