

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629094225821
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 39						
	39.1	Sistem de fixare a trocarului endoscopic (pentru neurochirurgie)	28172HR/ 28272HA/ 28272UKN	Germania	Karl Storz	Sistem de fixare intraoperatorie a trocarului endoscopic. *Mufă rotatorie, pentru fixarea de masa de operație, compatibilă cu șinele standard europene și americane, clemă laterală pentru reglarea înălțimii și a unghiului standului. *Mecanism de prindere a tubului endoscopic, ajustabil în diapazonul de la 4,8mm până la 12,5 mm Autoclavabil. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Sistem de fixare intraoperatorie a trocarului endoscopic. *Mufă rotatorie, pentru fixarea de masa de operație, compatibilă cu șinele standard europene și americane, clemă laterală pentru reglarea înălțimii și a unghiului standului. *Mecanism de prindere a tubului endoscopic, ajustabil în diapazonul de la 4,8mm până la 12,5 mm Autoclavabil. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316