

Specificația tehnică solicitată		Model: PLUSEAL RS 20 Producător: TURKUAZ BIYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI., Turcia/Italia
		Specificația tehnică ofertată
Descriere	Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și funcție de stand-by pentru a preveni supraîncălzirea.	Da, corespunde
Carcasă din oțel inoxidabil	da	Da, corespunde
Modul de reglare, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon:	120-220 grade Celsius.	Da, corespunde, temperatura poate fi setata până la 220°C
Potrivit pentru pungi și bobine.	da	Da, corespunde
Tensiunea de alimentare:	curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz	Da, corespunde
Distanța de etanșare față de margine	de la 0 la 35mm	Distanța de etanșare față de margine de la 0 la 32 mm
Reverse rotație	da	Da, corespunde
Control cu microprocesor	da	Da, corespunde
Setările parametrilor vor rămâne aceleași după o întrerupere a curentului	da	Da, corespunde
Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula	da	Da, corespunde
Oprire automată a motorului	după 30 secunde	Da, corespunde
Viteza de etanșare	nu mai puțin de 10metri/minut	Da, corespunde, viteza de etanșare 11m/min.
Setarea Intervalului de temperatură:	1 grad Celsius	Da, corespunde
Alertă și oprirea motorului în cazul în care parametri monitorizați depășesc limite prestabilite	da	Da, corespunde
Dotat cu suport pentru role/bobine de sterilizare în 2 nivele, cu dispozitiv de tăiere	da	Da, corespunde, suport pentru role de sterilizare în 2 nivele, cu dispozitiv de tăiere este inclus în oferta
Cerințe de certificare:		
Anul producerii minim 2025.	da	Da, corespunde

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării	da	Termenul de garanție va fi nu mai mic de 24 luni.
Instalare, darea în exploatare, instruire obligatorie a personalului	da	Se va asigura instalarea și instruirea personalului.
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare	da	
Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.	da	Pe toată perioada de garanție se va asigura servicii de mentenanță.
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	da	În caz de defecțiuni ale dispozitivului aflat în garanție se va asigura reparații acoperite de garanție.
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h	da	Pe perioada de garanție, în caz de defecțiune, timpul de intervenție nu va fi minim 24h.
La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:		
Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	da	Da, la livrarea dispozitivului.
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	da	Da, la livrarea dispozitivului.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova