


**PREȘEDINTELE
RAIONULUI HÎNCEȘTI**

MD-3400, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48,
E-mail: consiliul@hincesti.md



**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОНА ХЫНЧЕШТЬ**

MD-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-20-48,
E-mail: consiliul@hincesti.md

Nr. 02/1-20/1-293
din 18 iunie 2020

**Dlui DICUSAR Alexandru,
Director CMD „Modus Vivendi” S.R.L.**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții al Consiliului Raional Hîncești Vă aduce la cunoștință, că în urma examinării minuțioase a ofertei propuse de către CMD „Modus Vivendi” S.R.L. la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1591010756288 din 11.06.2020 privind achiziționarea unui analizator biochimic automat cu modul ISE și a notei informative nr. 06/06 din 17.06.2020, s-a constatat, că parametrii analizatorului propus în oferta Dvoastră nu corespund cu parametrii solicitați și anume:

1. S-a solicitat, ca modulul ISE să includă K+, Na+, Cl-, CO-. obligatoriu (non opțional), studiați atent documentația (caietul de sarcini - Reagent pack Na, K, Cl, Li, CO). *Posibilitatea modulului general de a efectua analiza CO₂ necesită procurarea de reagent/ controale / calibratori și consumabile, ceea ce sporește cheltuielile aferente directe și indirecte per pacient/ per analiză.*

2. Lungimele de undă descrise/ solicitate corespund analizelor/ reagenților și metodologiei tehnice de diagnostic practicate în LCD IMSP Spitalului Raional Hincesti. *Instalarea suplimentara (contra plată) a lungimilor de undă care la moment lipsesc în ofertă, va crește costul inițial anunțat al analizatorului biochimic automat.*

3. Spațiile destinate analizatorului biochimic automat și circuitul tehnologic de procesare a probelor necesită structura compactă al echipamentului. Computer monobloc incorporate tip "all- in-one" nu va necesita spații suplimentare și mobilier adăugător.

Soluția propusă de computer și monitor simplu va duce la cheltuieli suplimentare de mobilier (masa tip computer și scaun). Și va impune schimbarea circuitului tehnologic în toate departamentele pentru reorganizarea unei încăperi suplimentare cu suprafețe de muncă corespunzătoare (pentru analizatorul biochimic automat + masa computer+ scaun operator). Laboratorul clinic de diagnostic nu are astfel de posibilități tehnice și structurale.

4. A fost solicitat sistemul de operare original Windows 8 64- BIT. Din documentația tehnică propusă pentru analizatorul URIT pag. 12 sistemele de operare enumerate sunt Windows 7, Windows XP și Windows professional SP3 ,care nu

corespunde caietului de sarcini. *Răspunsul confirmativ oficial al producătorului privind posibilitatea de acceptare sistemului Windows 10 nu a fost anexat/ expedit.*

5. Monitorul touch screen a fost nominalizat în caietul de sarcini (vezi explicații punct. 3).

6. În caietul de sarcini a fost indicat ca bateria UPS să fie inclusă.

7. Din documentația tehnică pentru URIT consumul mare de apă (± 8 l / oră) va necesita *suprasolicitarea specialiștilor din laborator pentru pregătirea volumelor mari de apă dionizată și deservirea echipamentului propus.* La moment consumul apei dionizate per zi constituie 8-10 l / zi.

Totodată, se solicită prelungirea termenului de livrare a analizatorului biochimic, fapt care va conduce la depășirea termenului de valabilitate a ofertei și nerespectarea termenului de pretestare a aparatului.

Din considerentele expuse grupul de lucru pentru achiziții al Consiliului Raional Hîncești respinge oferta CMD „Modus Vivendi” S.R.L.

Președintele raionului Hîncești



Iurie LEVINSCHI

Ex : S. Lupașcu
Tel.: 0 269 22039

