

Specificații tehnice (F4.1)

t tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,

Numărul licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1584620021358

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Denumirea licitației:

Articole Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2020.

Data 09 04 2020

Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
336000 00-6	1	Lotul 1 Bisturiu chirurgical steril nr.22	Lotul 1 Bisturiu chirurgical steril nr.22	SQ03	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	CE, ISO, DoC
336000 00-6	7	Lotul 7 Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm	Lotul 7 Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm	SD05	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	1.Adeziv2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	1.Adeziv2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	CE, ISO, DoC
336000 00-6	33	Lotul 33 Catetere urinare Nelaton CH (Catetere urinare Nelaton CH 14-50buc, Catetere urinare Nelaton CH 18-50 buc)	Lotul 33 Catetere urinare Nelaton CH (Catetere urinare Nelaton CH 14-50buc, Catetere urinare Nelaton CH 18-50 buc)	SO0101	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Lotul 33 Catetere urinare Nelaton CH (Catetere urinare Nelaton CH 14-50buc, Catetere urinare Nelaton CH 18-50 buc) lungimea40-42	Lotul 33 Catetere urinare Nelaton CH (Catetere urinare Nelaton CH 14-50buc, Catetere urinare Nelaton CH 18-50 buc) lungimea40-42	CE, ISO, DoC
336000 00-6	36	Lotul36 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.11	Lotul36 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.11	SQ0201	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Lotul36 Lame chirurg. p/u bisturiu ster. Nr.I I	Lotul36 Lame chirurg. p/u bisturiu ster. Nr.I I	CE, ISO, DoC

Ofertantul: Lismedfarm SRL Adresa: sos. Muncesti 167/B, mun. Chisinau, MD-2002