

Numărul licitației		Specificații tehnice						Lot: 2/7	
Denumirea licitației		Dispozitivele medicale, conform necesităților institutiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7)							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea produselor	Modelul tehnic	Tara de origine	Produs oferit	Specificarea tehnică detaliată solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1101 0001	2	Lotul 2 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă	Lotul 2 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă	HSSO	Costarica de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD.	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă APLICATII CLINICE General, OB-GYN PROBE PORTURI 1-4 PROBE TIP, MHz Linear (foosprini >60 mm) 5 - 12 Convex (foosprini >65 mm) 2.5 - 5 Endovaginal 5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI >226 PREPROCESSARE, canal digital >200000 GAMA DINAMICA >250dB POST ROCKSARE da IMAGINE MOORBI M-mod da M-mod si 2.D da 3-D (fretiland și automatic) da DOPPLER Tip CW, PW, CFM, M, R, 3D Doppler pulsat - continuu da Doppler color - energetic da Auto - Dopler da Power Doppler da Afișare înveciută da Afișare înveciută da Fetologice LED superioară da FUNCTIONALITATI Calcule generale (vasculariz,cardiace, obstetrico-ginecologice) da Măsuratori digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Starec imagine da Rezoluție Full HD 1920X1080 PAN/ZOOM imagine în timp real da Imagine înghețată da HDD >500 GB DICOM COMPLIANT da PACHET DE ANALIZA OB-GYN da Elastografie da GHID ACI Transrectal da Transperineal da MONITOR REGLABIL da DIVIZARE MONITOR 21" inch Pano de comandă Touch Screen da >10inch Abe porturi USB, LAN Sistem tip EPS da Imprimantă termică Integrată da Imprimantă imaginii, pe hârtie cu lățime 110 mm Accesorii Gel/USG IL - 10 buc. Hârtie USG termică 10 buc.	Configurare: HSSO-NCW-4P - Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă APLICATII CLINICE General, OB-GYN - Da, pag.4, nota 1 Data Sheet HSS0.pdf PROBE PORTURI 1-4 - Da, pag.4, nota 2 PROBE TIP, MHz Linear (foosprini >60 mm) 5 - 12 - Da, LA3-14AD, 3 - 14 - pag.13, nota 3 Data Sheet HSS0.pdf Convex (foosprini >65 mm) 2.5 - 5 - Da, CA1-TAD, 1 - 7 - pag.13, nota 4 Data Sheet HSS0.pdf Endovaginal 5 - 9 - Da, BR4-1.4 - 9 - pag.14, nota 5 Data Sheet HSS0.pdf Volum 3D 2 - 6 - Da, CV1-8AD, 1 - 8 - pag.15, nota 6 Data Sheet HSS0.pdf NIVELE DE GRI >226 - Da - Data Sheet pag.5, nota 7 Data Sheet HSS0.pdf PREPROCESSARE, canal digital >200000 - Da, pag.7, nota 8 Data Sheet HSS0.pdf GAMA DINAMICA >250dB - Da, 256dB - pag.5, nota 9 Data Sheet HSS0.pdf POST ROCKSARE - Da, pag.5, nota 10 Data Sheet HSS0.pdf IMAGINE MOORBI M-mod - Da, pag.4, nota 11 Data Sheet HSS0.pdf M-mod si 2.D - Da, pag.4, nota 11 si nota 12 Data Sheet HSS0.pdf 3-D (fretiland și automatic) - Da, pag.4, nota 13 Data Sheet HSS0.pdf DOPPLER Tip CW, PW, CFM, M, R, 3D - Da, pag.4, nota 14 Data Sheet HSS0.pdf Doppler pulsat - continuu - Da - pag.4, nota 15 Data Sheet HSS0.pdf Doppler color - energetic - Da - pag.4, nota 16 Data Sheet HSS0.pdf Auto - Doppler - Da - pag.4, nota 17 Data Sheet HSS0.pdf Power Doppler - Da - pag.4, nota 18 Data Sheet HSS0.pdf Afișare înveciută - Da - pag.5, nota 19 Data Sheet HSS0.pdf Afișare înveciută - Da - pag.5, nota 20 Data Sheet HSS0.pdf Fetologice LED superioară - Da - pag.5, nota 21 Data Sheet HSS0.pdf FUNCTIONALITATI Calcule generale (vasculariz,cardiace, obstetrico-ginecologice) - Da - pag.7, nota 22 Data Sheet HSS0.pdf Măsuratori digitale - Da - pag.5, nota 23 Data Sheet HSS0.pdf Diapazon dinamic selectabil - Da - pag.5, nota 19 Data Sheet HSS0.pdf Focalizare de transmisie ajustabilă - Da - pag.5, nota 25 Data Sheet HSS0.pdf Focalizare de recepție dinamică - Da - pag.5, nota 26 Data Sheet HSS0.pdf Starec imagine - Da - pag.5, nota 27 Data Sheet HSS0.pdf Rezoluție Full HD 1920X1080 - Da - pag.5, nota 28 Data Sheet HSS0.pdf PAN/ZOOM imagine în timp real - Da - pag.5, nota 29 Data Sheet HSS0.pdf Imagine înghețată - Da - pag.4, nota 30 Data Sheet HSS0.pdf HDD >500 GB - SSD 512GB - pag.3, nota 31 Data Sheet HSS0.pdf DICOM COMPLIANT - Da - Sheet pag.5, nota 32 PACHET DE ANALIZA OB-GYN - Da - pag.4, nota 1 Data Sheet HSS0.pdf Elastografie - Da, inclus în oferta (ElastoScan) - pag.4, nota 33 Data Sheet HSS0.pdf GHID ACI Transrectal - Da - pag.3, nota 34 Data Sheet HSS0.pdf Transperineal - Da, soft Needle mate + inclus în oferta - Data Sheet pag.5, nota 35 MONITOR REGLABIL - Da - pag.3, nota 36 Data Sheet HSS0.pdf DIVIZARE MONITOR 21" inch - Da, 21.5 inch - pag.3, nota 37 Data Sheet HSS0.pdf Pano de comandă Touch Screen da >10inch - Da, 10.1 inch - pag.3, nota 37 Data Sheet HSS0.pdf Abe porturi USB, LAN - Da - pag.1, nota 38 Data Sheet HSS0.pdf Sistem tip EPS - Da - la birou, inclus în oferta Imprimantă termică Integrată - Da, Imprimantă Termică SONY inclus în oferta - pag.9, nota 39 Data Sheet HSS0.pdf Imprimantă imaginii, pe hârtie cu lățime 110 mm - Da Accesorii Gel/USG IL - 10 buc. - Da, incluse în oferta Hârtie USG termică 10 buc. - Da, incluse în oferta.	ISO, CE
1101 0001	7	Lotul 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă	Lotul 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă	HemoRo 3000	Germania	DWA GmbH & Co. KG	Stație de purificare a apei pentru hemodializă Cod Anexa 3 Descriere Sistemă destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrii Specificația Caracteristici Mobil, pe suport cu roțile da Alimentare tensiune 220V, 50Hz Presiune de intrare apă 1.5 - 5 bari Regim de standby da Program de curățare și dezinfecare, inclusiv buclă de permeare recirculată da Dezinfecție termică a conturului da Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 70 litri Presiune de ieșire a permeatului 2 bari Accesorii Fibră de prelătură a apei în trei etape fibră 20 (µm) Fibră carbune activ fibră 5 (µm) manometre de indicație a presiunii de ieșire la fiecare fibră da Furtun, coteuri, elemente de conexiune da Standard BS EN ISO 13699:2015 Water for haemodialysis and related therapies da Manual de service în limba engleză da Garantie minim 12 luni	Stație de purificare a apei pentru hemodializă Descriere Sistemă destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă - Da Parametrii Specificația Caracteristici Mobil, pe suport cu roțile - Da Alimentare tensiune 220V, 50Hz - Da Presiune de intrare apă 1.5 - 5 bari - Da, pag.18 HemoRo 3000-Manual.pdf Regim de standby - Da, pag.28 HemoRo 3000-Manual.pdf Program de curățare și dezinfecare, inclusiv buclă de permeare recirculată - Da, pag.28 HemoRo 3000-Manual.pdf Dezinfecție termică a conturului - Da Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 70 litri - Da, pag.18 HemoRo 3000-Manual.pdf Presiune de ieșire a permeatului 2 bari - Da Accesorii Fibră de prelătură a apei în trei etape fibră 20 (µm) - Da, inclus în oferta. Fibră carbune activ - Da, inclus în oferta. fibră 5 (µm) - Da, inclus în oferta. manometre de indicație a presiunii de ieșire la fiecare fibră da Furtun, coteuri, elemente de conexiune - Da, inclus în oferta. Standard BS EN ISO 13699:2015 Water for haemodialysis and related therapies - atâr Manual de service în limba engleză - Da Garantie minim 12 luni - Da	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru SARCO În calitate de: DIRECTOR
Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4, MD-2071