

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1705991754679
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv	Aquilion Prime	Japonia	Canon Medical Systems (ex - Toshiba)	1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; (lunar)	1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; (lunar)	
X-ray mobil, Simply DR Ibis, anul 2020	Simply DR	Italia	Ibis SRL	Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.	Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.	

C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019	Zen-7000	Coreea de Sud	Genoray	Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.	Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.
UPS instalat la 05.07.2015, la dispozitivul de imagistica Computer Tomograf Aquilion Prime	Yuasa SWL2500E-FR	Japonia	GS Yuasa Corporation	Lucrari de inlocuirea deplina a bateriilor la UPS, pentru Computer Tomograf Aquilion Prime Toate acumulatele Garanție la baterii si lucrari de inlocuire a bateriilor minim 12 luni.	Lucrari de inlocuirea deplina a bateriilor la UPS, pentru Computer Tomograf Aquilion Prime Toate acumulatele Garanție la baterii si lucrari de inlocuire a bateriilor minim 12 luni.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_