

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21081822 din 26.06.2023

Obiectul de achiziție: Filme si consumabile radiologice

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Seringi	42.16.30006	China	SCW MEDICATH LTD	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml;	1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. compatibile cu injectomatul Nemoto seringă (Volum (ml) - 60 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE NrDM000232477	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Linie extenzie	42.02.90010	China	SCW MEDICATH LTD	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta, 1.5m	Tub spiralat (300PSI) Lungime (cm) - 150 ID (mm) - 1,8 OD (mm) - 3,6 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE NrDM000232443	CE
Total lot 5						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23