

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Sistemului videoendoscopic pentru videobronhoscopie**
prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”**
2. IDNO: **1003600152558**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, 38**
4. Numărul de telefon/fax: **022-24-36-98; 022-24-14-88**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **arhanghel_mihail@yahoo.com; inessa.ursachi@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	33124 110-9	<i>Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie</i>	buc.	1	<p>Sistem endoscopic video pentru examenul arborelui bronhial</p> <p>Videoprocesor:</p> <p>Intrări cameră ≥ 1</p> <p>Calitatea imaginii :</p> <p>Procesor imagine de înaltă definiție (HDTV sau HD) cu rezoluție Full HD.</p> <p>Memorie externă, conectare USB – da.</p> <p>Controale/caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iris automat – da; - Iluminare – auto și manual; - Balans de alb – auto; - Reglarea tonurilor de culoare roșu/ albastru/ saturație de culoare – minim +8 pași; - Posibilitatea de întărire a conturilor de structură – minim 3 nivele; - Reglarea automată a amplificării (AGC) – da; - Setarea contrastului – minim 3 moduri (Normal, Înalt și Scăzut); - Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice – da; - Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran – da; - Funcție pre-freeze, care dă posibilitatea selectării automate a celei mai clare imagini statice – da; - Zoom electronic – da; - Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor – da; 	1 210 000,00

				<p>- Afișarea datelor de pacient – da; - Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru pacienți – minim 50; - Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru utilizatori – minim 20; - Cu tastatură pentru introducerea datelor – da; - Posibilitatea de recunoaștere a datelor de identificare ale endoscopului – da.</p> <p>Ieșiri: RGB – 1; Y/C ≥ 1; Digital (DVI, SDI, HD-SDI) – da. Detectie imagini – permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei.</p> <p>Sursa de lumină: - Lampă examinare cu LED sau Xenon – minim 250W; - Echipată cu filtrele necesare tehnologiei de bandă îngustă de culoare – da; - Ajustare automată a luminozității – minim 13 pași.</p> <p>Display medical HD: - Dimensiunea ≥ 23,6 inci; - Să întrunească standardele de siguranță medicală – da; - Rezoluție ≥ Full HD, 1920x1080; - Unghi de vedere – minim 170/170 grade.</p> <p>Sistem de furnizare a aerului/appei: - minim 3 regimuri de lucru; - volumul vasului pentru apă minim 250 ml, autoclavabil.</p> <p>Sistem de aspirație: - Tip – separat de procesor; - Volumul rezervorului ≥ 1 litru; - Vid – da; - Filtre microbacteriene – minim 5 buc.; - Dirijarea nivelului de aspirație – în trepte.</p> <p>Accesorii: - Tester automat – 1 unit.; - Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 1 litru, 1 buc.; - Troliu – 1 unit.; - Polițe pentru troliu reglabile la înălțime sau fixe – 4 unit.; - Cu suport culisant pentru tastatură – da; - Cu suport pentru endoscoape ≥ 2; - Roți blocabile – da; - Troliu cu braț mobil pentru monitor – da; - Forceps de biopsiere – 4 unit.; - Perie curățare canal biopsiere – 2 unit.</p> <p>Videobronhoscop: Cu CCD compatibil HDTV sau HD – da.</p> <p>Tubul de inserție: - Lungimea ≥ 600 mm; - Diametrul exterior < 6 mm;</p>
--	--	--	--	--

				<p>Canalul de lucru: Diametrul $\geq 2,8$ mm;</p> <p>Optica: - Unghiul câmpului de vedere ≥ 120 grade; - Distanța minim vizibilă de la capătul distal ≤ 3mm; - Adâncimea câmpului de vedere – cel puțin 3-100 mm.</p> <p>Deflecția: Sus/jos – 180/130 grade.</p> <p>Mânerul de comandă prevăzut cu butoane cu funcții variabile – minim 4 butoane.</p> <p>Capul distal: Diametrul exterior < 6 mm.</p> <p>Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defectiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare – da.</p> <p>Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei – da.</p> <p>Metode de sterilizare – sterilizare manuală / automată/ Etilen Oxid.</p>	
Valoarea estimativă totală					1 210 000,00

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admit**

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **Termenul de livrare – 60 zile din data ; DDP - Franco destinație vămuit**

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European	original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
2	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)	Da
3	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	Da
4	Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra bunuri	Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
5	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)	Da
6	Oferta	Formularul ofertei (F 3.1), Specificații tehnice (F 4.1), Specificații de preț (F 4.2) – original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da

7	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre participant conform Formularului F 3.3 – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da
8	Raportul financiar	Raportul financiar pentru anul 2017 – copie – confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da
9	Garanția pentru ofertă	Garanția pentru ofertă / Garanția bancară (F 3.2) sau ordinul de plată pentru transferul la contul autorității contractante	Da
10	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	Da
11	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal) – copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	Da
12	Certificat de conformitate a calității	Certificate ISO 13485 și Certificat CE sau Declarația de conformitate CE – copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da
13	Autorizația de la producător ce confirmă dreptul ofertantului de a participa cu echipamente respective la licitația publică	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da
14	Certificat ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a echipamentelor	Copie – emis de compania producătoare	Da
15	Documente tehnice	Prospecte, broșuri și alte documente de confirmare a specificațiilor tehnice prezentate la licitația publică	Da
16	Declarație de proprie răspundere de asigurare a respectării condițiilor	Anul de producere – 2018-2019	Da
		Instalarea gratuită a echipamentelor	Da
		Instruirea gratuită a personalului	Da
		Termen minim de garanție – 12 luni de la data instalării	Da
		Timp maxim de intervenție tehnică în perioada de garanție – maxim 24 de ore de la solicitare	Da

11. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea parametrilor tehnici solicitați

12. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform datei stabilite de platforma electronică SIA „RSAP” MTender.

13. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

15. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender
Ofertele întârziate vor fi respinse.

16. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **De stat (limba română)**
18. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
19. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu**

Conducătorul grupului de lucru:



Mihai CIOBANU

L.Ș.

Ex. Inessa Ursachi
Tel: 022-24-36-98